



# Lateral Transfer Boards

INSTRUCTIONS FOR USE





	Page
<b>EN</b>	4
<b>FR</b>	5
<b>IT</b>	6
<b>ES</b>	7
<b>DE</b>	8
<b>DA</b>	9
<b>NO</b>	10
<b>SV</b>	11
<b>NL</b>	12
<b>PL</b>	13
<b>PT</b>	14
<b>EL</b>	15
<b>TR</b>	16
<b>CS</b>	17
<b>ET</b>	18
<b>HU</b>	19
<b>LV</b>	20
<b>MT</b>	21
<b>RO</b>	22
<b>SL</b>	23



EN

## GBUK Banana Lateral Transfer Board

### Instructions for Use

Please read these instructions before use.

#### INTENDED USE

GBUK Banana Lateral Transfer Boards are intended to assist in the lateral transfer of patients across a gap between two surfaces.

#### INDICATIONS FOR USE

These devices are indicated for use on patients who require assistance in completing a lateral transfer.

#### DESCRIPTION

Lightweight, high strength lateral transfer boards which are available as rigid or folding types.

Product Code	Product Description
QP-059150-R	Banana Lateral Rigid Board 59cm x 150cm
QP-059180-R	Banana Lateral Rigid Board 59cm x 180cm
QP-074150-R	Banana Lateral Rigid Board 74cm x 150cm
QP-074180-R	Banana Lateral Rigid Board 74cm x 180cm
QP-059150-F	Banana Lateral Folding Board 59cm x 150cm*
QP-059180-F	Banana Lateral Folding Board 59cm x 180cm*
QP-074150-F	Banana Lateral Folding Board 74cm x 150cm*
QP-074180-F	Banana Lateral Folding Board 74cm x 180cm*

\*The folding type enables transfer of patients in a semi-recumbent position.

#### PATIENT TARGET GROUP

This device is suitable for patients who require assistance in completing a lateral transfer.

#### INTENDED USERS

GBUK Banana Lateral Transfer Boards are intended to be used by trained healthcare professionals or those with the appropriate training or knowledge.

#### CONTRA-INDICATIONS

Do not use in direct contact with broken skin.

#### WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Follow local manual handling policy from your hospital or Royal College of Nursing (RCN) guidelines.
- Do not use the boards for lifting.
- Do not use the boards to bridge a gap greater than 15 cm.

A risk assessment and visual inspection must be performed by competent person(s) before using the Lateral Board. This should consider:

- The physical and medical status of the patient, including skin integrity.
- The status of the device. The anti-slip strips must be intact and undamaged. Do not use the device if it appears damaged, wet, or worn.
- The suitability of the board, including the type of rigid or folding board and size.

In the event of a serious incident involving the device, the user should report the event to GBUK and the competent authority in which the user/patient is established. In the event of a suspected device fault, the user should report the event to GBUK, and the device should be returned to GBUK for examination.

#### DIRECTIONS FOR USE

- Ensure that both transfer surfaces are stable. If either is a mobile device, confirm that wheels/castors are locked and/or any other anchoring devices are engaged.
- Follow your local manual handling policy to position the board beneath the patient, and across the gap between the first and second transfer surfaces. The gap must be no greater than 15 cm.
- Check that the anti-slip strips are in contact with both transfer surfaces.
- To reduce the effort required to conduct the transfer, the use of GBUK Banana transfer or slide sheets is recommended. Refer to specific device IFUs and local manual handling guidelines to position the transfer or slide sheet beneath the patient.
- Once the board is in position, laterally transfer the patient across the two surfaces.
- After the manoeuvre is complete, remove the board and clean as per instructions below.

#### STORAGE AND HANDLING

GBUK Banana Lateral Transfer Boards can be stored using any of the handholds on the board. They can be stored flat or folded in half. Folding Lateral Transfer Boards should be folded with the anti-slip strips on the outside. Do not fold the board with the anti-slip strips on the inside as this can damage the board.

Keep dry and out of direct sunlight.

#### DISPOSAL PROCEDURES

Follow local guidelines.

#### CLEANING

Thoroughly clean the device as soon as possible using alcohol-based cleaning solutions (up to 70%) or normal disinfectant solutions. Manually wipe down the device until the device is visibly clean. If the device does not appear visibly clean, repeat the cleaning step. If the device remains contaminated upon visual inspection following multiple cleaning attempts, discard of the device in line with local hospital protocol.



Not made with natural rubber latex.

Symbol glossary available at [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

FR

## Planche de transfert latéral GBUK Banana

### Mode d'emploi

Veuillez lire le mode d'emploi avant utilisation.

#### UTILISATION PRÉVUE

Les planches de transfert latéral GBUK Banana sont conçues pour faciliter le transfert latéral des patients entre deux surfaces séparées.

#### INDICATIONS

Ces dispositifs sont indiqués pour les patients qui nécessitent une assistance lors d'un transfert latéral.

#### DESCRIPTION

Légères et très solides, les planches de transfert latéral sont disponibles en deux types, rigide ou pliant.

Code du produit	Description du produit
QP-059150-R	Planche de transfert latéral rigide 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Planche de transfert latéral rigide 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Planche de transfert latéral rigide 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Planche de transfert latéral rigide 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Planche de transfert latéral pliante 59 cm x 150 cm
QP-059180-F	Planche de transfert latéral pliante 59 cm x 180 cm
QP-074150-F	Planche de transfert latéral pliante 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Planche de transfert latéral pliante 74 cm x 180 cm*

\*Le modèle pliant permet de transférer des patients en position semi-couchée.

#### GROUPE DE PATIENTS CIBLÉ

Ce dispositif est indiqué pour les patients qui nécessitent une assistance lors d'un transfert latéral.

#### UTILISATEURS PRÉVUS

Les planches de transfert latéral GBUK Banana sont conçues pour être utilisées par des professionnels de santé formés à leur utilisation ou par toute personne possédant la formation ou les connaissances requises.

#### CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en contact direct avec une plaie cutanée.

#### AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Suivre la politique locale relative à la manutention manuelle de l'établissement ou les directives du Royal College of Nursing.
- Ne pas utiliser les planches pour soulever les patients.
- Ne pas utiliser les planches pour combler un écart de plus de 15 cm.

Une évaluation des risques et une inspection visuelle doivent être réalisées par une ou plusieurs personnes compétentes avant toute utilisation de la planche de transfert latéral. Ces contrôles doivent prendre en compte :

- l'état physique et de santé du patient, y compris l'intégrité cutanée.
- l'état du dispositif. Les bandes antidérapantes doivent être intactes et en parfait état. Ne pas utiliser le dispositif s'il semble être endommagé, mouillé ou usé.

• l'adéquation de la planche, y compris le type (pliant ou rigide) et la taille.

En cas d'incident grave mettant en cause le dispositif, l'utilisateur doit le signaler à GBUK, ainsi qu'aux autorités compétentes desquelles relèvent l'utilisateur ou le patient. En cas de défaut présumé du dispositif, l'utilisateur doit le signaler à GBUK et lui renvoyer le dispositif afin qu'il soit examiné.

#### MODE D'EMPLOI

- Vérifiez que les deux surfaces de transfert sont stables. Si l'une des surfaces est mobile, vérifiez que les roues/roulettes sont bien verrouillées et/ou que tout autre dispositif d'ancre est actionné.
- Suivez la politique locale relative à la manutention manuelle pour positionner la planche sous le patient et entre la première et la seconde surface de transfert. L'écart entre les deux surfaces ne doit pas être supérieur à 15 cm.
- Vérifiez que les bandes antidérapantes sont en contact avec les deux surfaces de transfert.
- Afin de réduire l'effort requis pour réaliser le transfert, il est recommandé d'utiliser un drap de transfert ou de repositionnement de GBUK Banana. Reportez-vous aux modes d'emploi des dispositifs spécifiques et aux directives locales relatives à la manutention manuelle pour positionner le drap de transfert ou de positionnement sous le patient.
- Une fois la planche en place, transférez latéralement le patient entre les deux surfaces.
- Lorsque la manœuvre est terminée, retirez la planche et nettoyez-la en suivant les instructions ci-dessous.

#### STOCKAGE ET MANUTENTION

Les planches de transfert latéral de GBUK Banana peuvent être entreposées à l'aide de toutes les prises manuelles de la planche. Elles peuvent être entreposées à plat ou pliées en deux. Les planches de transfert latéral pliantes doivent être pliées avec les bandes antidérapantes à l'extérieur. Ne pas plier la planche avec les bandes antidérapantes à l'intérieur au risque de l'endommager. Conserver au sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

#### PROCÉDURES DE MISE AU REBUT

Suivez les directives locales.

#### NETTOYAGE

En cas de salissures, nettoyez soigneusement le dispositif dès que possible avec des solutions de nettoyage à base d'alcool (jusqu'à 70 %) ou des solutions désinfectantes normales. Nettoyez manuellement le dispositif jusqu'à ce qu'il soit visuellement propre. Tant qu'il n'est pas visuellement propre, répétez le nettoyage. Si une inspection visuelle révèle que le dispositif est toujours contaminé malgré plusieurs tentatives de nettoyage, mettez-le au rebut conformément à la procédure d'élimination.



Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Glossaire des symboles disponible sur [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)



## IT

### Asse per il trasferimento laterale di GBUK Banana

#### Istruzioni per l'uso

Leggere le presenti istruzioni prima dell'uso.

#### USO PREVISTO

Le assi per il trasferimento laterale di GBUK Banana sono progettate per facilitare lo spostamento laterale del paziente tra due superfici.

#### INDICAZIONI PER L'USO

Questi dispositivi sono indicati per l'uso su pazienti che richiedono assistenza nel completare un trasferimento laterale.

#### DESCRIZIONE

Assi per il trasferimento laterale leggere e ad alta resistenza, disponibili in versione rigida o pieghevole.

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto
QP-059150-R	Asse laterale rigida Banana 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Asse laterale rigida Banana 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Asse laterale rigida Banana 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Asse laterale rigida Banana 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Asse laterale pieghevole Banana 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Asse laterale pieghevole Banana 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Asse laterale pieghevole Banana 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Asse laterale pieghevole Banana 74 cm x 180 cm*

\*Il modello pieghevole permette il trasferimento di pazienti in posizione semi-sdraiata.

#### GRUPPO MIRATO DI PAZIENTI

Questo dispositivo è indicato per l'uso su pazienti che richiedono assistenza nel completare un trasferimento laterale.

#### UTENTE PREVISTO

Le assi per il trasferimento laterale di GBUK Banana sono destinate ad essere utilizzate da professionisti sanitari addestrati o da soggetti con formazione e conoscenza appropriate.

#### CONTRAINDICAZIONI

Non usare a contatto diretto con cute lesionata.

#### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Attenersi alla normativa sulla movimentazione manuale del proprio ospedale o alle Linee guida del Royal College of Nursing.
- Non utilizzare le assi per effettuare sollevamenti.
- Non utilizzare le assi per colmare uno spazio superiore a 15 cm.

Prima di utilizzare l'asse per il trasferimento laterale è necessario effettuare una valutazione dei rischi e un'ispezione visiva da parte di una o più persone competenti.

Ciò include:

- Lo stato fisico e medico del paziente, comprese le condizioni di integrità della cute.

- Lo stato del dispositivo: le fasce antiscivolo devono essere intatte e non danneggiate. Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danni, umidità o usura.
- L'idoneità dell'asse, incluso il corretto modello - rigido o pieghevole - e le dimensioni.

In caso di incidente grave in cui è coinvolto il dispositivo, l'utente deve segnalare l'evento alla GBUK e all'autorità di competenza in cui ha sede l'utente/paziente. In caso di un sospetto guasto del dispositivo, l'utente deve segnalare l'evento alla GBUK, a cui dovrà essere restituito il dispositivo per verifica.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurarsi che entrambe le superfici di trasferimento siano stabili. Se si tratta di un dispositivo mobile, accertarsi che le ruote/le staffe siano bloccate e/o sia inserito ogni altro dispositivo di bloccaggio.
- Attenersi alla normativa locale sulla movimentazione manuale per posizionare l'asse sotto il paziente e attraverso lo spazio tra la prima e la seconda superficie di trasferimento. Lo spazio non deve essere superiore a 15 cm.
- Controllare che le fasce antiscivolo siano in contatto con entrambe le superfici di trasferimento.
- Per ridurre lo sforzo richiesto per effettuare il trasferimento, si raccomanda l'uso di teli di trasferimento o di posizionamento GBUK Banana. Attenersi alle istruzioni per l'uso specifiche del dispositivo e alle linee guida locali per la movimentazione manuale per collocare il telo di trasferimento o di posizionamento sotto il paziente.
- Una volta che l'asse è in posizione, trasferire lateralmente il paziente da una superficie all'altra.
- Al termine della manovra, rimuovere l'asse e procedere alla pulizia secondo le istruzioni che seguono.

#### CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Le assi per il trasferimento laterale di GBUK Banana possono essere riposte utilizzando uno qualsiasi degli attacchi presenti sull'asse stessa. Le assi possono essere conservate in posizione aperta o piegate a metà. Le assi per il trasferimento laterale pieghevoli devono essere ripiegate tenendo le fasce antiscivolo all'esterno. Non riporre l'asse ripiegata con le fasce antiscivolo all'interno perché questo può causare danni.

Conservare in luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.

#### PROCEDURE DI SMALTIMENTO

Seguire le linee guida locali.

#### PULIZIA

Se il dispositivo è sporco, pulirlo accuratamente il prima possibile con soluzioni detergenti a base di alcol (fino al 70%) o normali soluzioni disinfezanti. Pulire manualmente il dispositivo fino a quando non è visibilmente pulito. Ripetere la pulizia finché il dispositivo non apparirà pulito. Se invece l'ispezione visiva mostra che il dispositivo è ancora contaminato nonostante numerosi tentativi, smaltrirlo in linea con il protocollo ospedaliero locale.



Non realizzato con lattice di gomma naturale.

Glossario dei simboli disponibile su [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

## ES

### Tabla para traslado lateral GBUK Banana

#### Instrucciones de uso

Lea estas instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

#### USO PREVISTO

Las tablas para traslado lateral GBUK Banana se han diseñado para facilitar la transferencias lateral del paciente salvando un hueco entre dos superficies.

#### INDICACIONES DE USO

Estos dispositivos están indicados para usar con pacientes que necesitan ayuda para trasladarse lateralmente.

#### DESCRIPCIÓN

Las tablas para traslado lateral son ligeras y muy resistentes, y están disponibles en versiones rígida y plegable.

Código del producto	Descripción del producto
QP-059150-R	Tabla rígida para traslado lateral de 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Tabla rígida para traslado lateral de 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Tabla rígida para traslado lateral de 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Tabla rígida para traslado lateral de 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Tabla plegable para traslado lateral de 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Tabla plegable para traslado lateral de 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Tabla plegable para traslado lateral de 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Tabla plegable para traslado lateral de 74 cm x 180 cm*

\*Esta versión plegable permite la transferencia de pacientes en una posición levemente recostada.

#### GRUPO OBJETIVO DE PACIENTES

Este dispositivo está indicado para usar con pacientes que necesitan ayuda para trasladarse lateralmente.

#### USUARIOS A LOS QUE VA DESTINADA

Las tablas para transferencia lateral GBUK Banana están indicadas para su uso por parte de profesionales sanitarios cualificados y otras personas con la formación y conocimientos necesarios.

#### CONTRAINDICACIONES

No utilizar en contacto directo con la piel dañada.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Seguir la política de manipulación local del hospital o las pautas del Colegio de Enfermería.
- No utilizar la tabla para levantar al paciente.
- No utilizar la tabla para salvar huecos superiores a 15 cm.

Antes de utilizar la tabla de transferencia lateral, una persona competente deberá llevar a cabo una evaluación de riesgos y una inspección visual. Hay que tener en cuenta:

- El estado físico y médico del paciente, incluida la integridad de la piel.
- El estado del dispositivo. Las tiras antideslizamiento deben estar intactas y sin daños. No utilizar el dispositivo si está dañado, mojado o desgastado.

- La idoneidad de la tabla, incluidos el tipo de tabla rígida o plegable y su tamaño.

En caso de que se produzca un accidente grave con el dispositivo, el usuario deberá notificarlo a GBUK y a las autoridades competentes de la ubicación del usuario o el paciente. Si se sospecha la existencia de un fallo en el dispositivo, el usuario deberá notificarlo a GBUK y devolverlo a GBUK para su examen.

#### INSTRUCCIONES DE USO

- Asegurarse de que las dos superficies de transferencias sean estables. Si alguna de ellas es un dispositivo móvil, confirmar que las ruedas estén bloqueadas o se hayan accionado los dispositivos de anclaje.
- Seguir la política de manipulación manual para colocar la tabla al lado del paciente y sobre el espacio que queda entre la primera y segunda superficies de transferencia. Este espacio no debe ser superior a 15 cm.
- Comprobar que las tiras antideslizantes estén en contacto con las dos superficies de transferencia.
- Para reducir el esfuerzo necesario para realizar la transferencia, se recomienda el uso de las sábanas de traslado o transferencia GBUK Banana. Consultar las instrucciones de uso específicas del dispositivo y las instrucciones de manipulación manual del centro para colocar la sábana de transferencia debajo del paciente.
- Una vez se haya colocado la tabla, transferir lateralmente al paciente entre las dos superficies.
- Una vez finalizada la maniobra, retirar la tabla y limpiarla de acuerdo con las instrucciones siguientes.

#### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Las tablas para traslado lateral GBUK Banana se pueden almacenar usando cualquiera de los asideros de la tabla. Se pueden guardar planas o plegadas por la mitad. Las tablas de transferencia lateral plegables deben plegarse con las tiras antideslizantes en el exterior. No plegar la tabla con las tiras antideslizantes en el interior, ya que se puede dañar la tabla. Mantener seca y protegida de la luz solar directa.

#### PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN

Cumplir la normativa local.

#### LIMPIEZA

Si el dispositivo está sucio, limpiarlo a fondo tan pronto como sea posible con una solución de limpieza con base alcohólica (70% máx.) o una solución desinfectante normal. Pasar una bayeta por el dispositivo hasta que quede visiblemente limpio. Si el dispositivo no parece limpio, repetir el paso de limpieza. Si el dispositivo sigue contaminado al hacer una inspección visual tras varios intentos de limpieza, desecharlo siguiendo el procedimiento de eliminación local.



No contiene látex de caucho natural.

Hay un glossario de símbolos en [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)



## DE

### GBUK Banana-Brett zur seitlichen Umlagerung

#### Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie sich vor der Verwendung diese Gebrauchsanweisung durch.

#### VORGESEHENE VERWENDUNG

Die GBUK Banana-Bretter zur seitlichen Umlagerung dienen der Unterstützung bei der seitlichen Umlagerung von Patienten über einen Abstand zwischen zwei Oberflächen.

#### INDIKATIONEN FÜR DIE VERWENDUNG

Diese Produkte sind zur Verwendung bei Patienten indiziert, die Unterstützung bei der seitlichen Umlagerung benötigen.

#### BESCHREIBUNG

Leichtgewichtige, hochfeste Bretter zur seitlichen Umlagerung, die als unelastische und klappbare Modelle erhältlich sind.

Produktdcode	Produktbeschreibung
QP-059150-R	Brett zur seitlichen Umlagerung, unelastisch, 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Brett zur seitlichen Umlagerung, unelastisch, 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Brett zur seitlichen Umlagerung, unelastisch, 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Brett zur seitlichen Umlagerung, unelastisch, 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Brett zur seitlichen Umlagerung, klappbar, 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Brett zur seitlichen Umlagerung, klappbar, 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Brett zur seitlichen Umlagerung, klappbar, 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Brett zur seitlichen Umlagerung, klappbar, 74 cm x 180 cm*

\*Das klappbare Modell ermöglicht die Umlagerung von Patienten in einer halb liegenden Position.

#### PATIENTENZIELGRUPPE

Dieses Produkt ist zur Verwendung bei Patienten geeignet, die Unterstützung bei der seitlichen Umlagerung benötigen.

#### VORGESEHENE ANWENDER

Die GBUK Banana-Bretter zur seitlichen Umlagerung sind zur Verwendung durch geschulte medizinische Fachkräfte oder durch Personen vorgesehen, die eine entsprechende Schulung erhalten haben oder über entsprechende Fachkenntnisse verfügen.

#### KONTRAINDIKATIONEN

Nicht direkt auf verletzter Haut anwenden.

#### WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Beachten Sie die lokalen Richtlinien Ihres Krankenhauses zur manuellen Umpositionierung von Patienten oder die Bestimmungen der Berufsverbände für Pflegeberufe.
- Die Bretter dürfen nicht zum Anheben von Patienten verwendet werden.
- Zudem dürfen die Bretter nicht zum Überbrücken eines Spalts von mehr als 15 cm verwendet werden.

Bevor das Brett zur seitlichen Umlagerung verwendet werden darf, muss eine kompetente Fachkraft eine Risikobewertung und Sichtprüfung vornehmen. Dabei muss Folgendes berücksichtigt werden:

- Der körperliche und gesundheitliche Zustand des Patienten, einschließlich der Unversehrtheit der Haut.

- Der Zustand des Produkts. Die Gleitschutzstreifen müssen intakt und unbeschädigt sein. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt, nass oder verschlossen ist.
- Die Eignung des Bretts, einschließlich der Art (unelastisch oder klappbar) und der Größe.

Bei einem schwerwiegenden Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss der Anwender diesen Vorfall GBUK und der zuständigen Behörde an dem Ort melden, wo der Anwender/Patient ansässig ist. Falls ein Verdacht auf einen Produktfehler besteht, muss der Anwender diesen GBUK melden und das Produkt zur Überprüfung an GBUK zurücksenden.

#### GEBRAUCHSANLEITUNG

- Stellen Sie sicher, dass beide zur Umlagerung genutzten Flächen stabil sind. Wenn es sich bei einer dieser Flächen um eine mobile Vorrichtung handelt, stellen Sie sicher, dass die Rollen/Räder festgestellt/verriegelt und/oder sonstige Anschlagvorrichtungen eingerastet sind.
- Positionieren Sie das Brett unter dem Patienten und über dem Spalt zwischen der ersten und zweiten Umlagerungsfläche. Beachten Sie dabei die lokalen Richtlinien zur manuellen Umpositionierung von Patienten. Der Spalt darf nicht breiter als 15 cm sein.
- Überprüfen Sie, dass die Gleitschutzstreifen beide Umlagerungsflächen berühren.
- Um den für die Umlagerung des Patienten erforderlichen Kraftaufwand zu reduzieren, empfehlen wir die Verwendung von GBUK Banana-Umlagerungs- oder Gleitmatte. Informationen zur Positionierung der Umlagerungs- oder Gleitmatte unter dem Patienten finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanleitung des Produkts sowie in den lokalen Richtlinien zur Umpositionierung von Patienten.
- Nach Sie das Brett in die entsprechende Position gebracht haben, können Sie den Patienten seitlich über den beiden Flächen umlagern.
- Entfernen Sie nach dem Ausführen dieses Schritts das Brett und reinigen Sie es gemäß den folgenden Anweisungen.

#### AUFBEWAHRUNG UND HANDHABUNG

Die GBUK Banana-Bretter zur seitlichen Umlagerung können mittels der am Brett angebrachten Haltegriffe aufbewahrt werden. Sie können in flacher Position oder zur Hälfte eingeklappt aufbewahrt werden. Beim Einklappen der Bretter zur seitlichen Umlagerung müssen sich die Gleitschutzstreifen außen befinden. Klappen Sie das Brett nicht ein, wenn sich die Gleitschutzstreifen innen befinden, da hierdurch das Brett beschädigt werden kann.

Trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

#### VERFAHRENSWEISE BEI DER ENTSORGUNG

Die örtlichen Richtlinien befolgen.

#### REINIGUNG

Wenn das Produkt verunreinigt ist, reinigen Sie es baldmöglichst sorgfältig mit Reinigungslösungen auf Alkoholbasis (bis zu 70 %) oder einer herkömmlichen Desinfektionslösung. Wischen Sie das Produkt von Hand ab, bis es optisch sauber ist. Falls das Produkt nicht optisch sauber ist, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang. Falls das Produkt nach mehreren Reinigungsversuchen bei Sichtprüfung weiterhin verunreinigt ist, entsorgen Sie es gemäß den Entsorgungsvorschriften.



Nicht aus natürlichem Kautschuklatek hergestellt.

Glossar mit Symbolen verfügbar auf [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

## DA

### GBUK Banana lateral forflytningsplade

#### Brugsanvisning

Læs denne brugsanvisning, inden udstyret tages i brug.

#### TILSIGTET BRUG

GBUK Banana laterale forflytningsplader er beregnet til at hjelpe med den laterale forflytning af patienter over et mellemrum mellem to overflader.

#### INDIKATIONER FOR BRUG

Disse enheder er indiceret til brug på patienter, som har behov for hjælp til at udføre en lateral forflytning.

#### BESKRIVELSE

Laterale letvægtsforflytningsplader af høj styrke, der fås som stive eller foldbare typer.

Produktdkode	Produktbeskrivelse
QP-059150-R	Banana lateral stiv plade 59cm x 150cm
QP-059180-R	Banana lateral stiv plade 59cm x 180cm
QP-074150-R	Banana lateral stiv plade 74cm x 150cm
QP-074180-R	Banana lateral stiv plade 74cm x 180cm
QP-059150-F	Banana lateral foldbar plade 59cm x 150cm*
QP-059180-F	Banana lateral foldbar plade 59cm x 180cm*
QP-074150-F	Banana lateral foldbar plade 74cm x 150cm*
QP-074180-F	Banana lateral foldbar plade 74cm x 180cm*

\*Den foldbare type muliggør forflytning af patienter i en halvt liggende stilling.

#### PATIENTMÅLGRUPPE

Denne enhed er egnet til patienter, som har behov for hjælp til at udføre en lateral forflytning.

#### TILSIGTEDE BRUGERE

GBUK Banana laterale forflytningsplader er beregnet til at blive brugt af uddannet sundhedspersonale eller personer med passende uddannelse eller viden.

#### KONTRAINDIKATIONER

Må ikke bruges i direkte kontakt med beskadiget hud.

#### ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Følg dit hospitals lokale politik for manuel håndtering eller retningslinjer for sygepleje fra Royal College of Nursing.
- Brug ikke pladerne til løft.
- Brug ikke pladerne til at komme over et mellemrum på over 15 cm.

En risikovurdering og visuel undersøgelse skal udføres af (en) kompetent(e) person(er), før den laterale forflytningsplade tages i brug. Her skal følgende overvejes:

- Patientens fysiske og medicinske tilstand, herunder hudintegritet.
- Enhedenes tilstand. De skridsikre strimler skal være intakte og ubeskadigede. Enheden må ikke bruges, hvis den ser ud til at være beskadiget, våd eller slidt.
- Pladens egnethed, herunder typen, dvs. stiv eller foldbar plade og størrelse.

I tilfælde af en alvorlig hændelse, som involverer enheden, skal brugeren inrapportere hændelsen til GBUK og den kompetente myndighed, hvor brugeren/patienten er oprettet. Hvis der er mistanke om fejl ved enheden, skal brugeren inrapportere hændelsen til GBUK, og enheden skal returneres til GBUK til undersøgelse.

#### BRUGSANVISNINGER

- Sørg for, at begge forflytningsoverflader er stabile. Hvis en af dem er en mobil enhed, skal det bekræftes, at hjulene/styrehjulene er låst, og/eller at eventuelle forankringsanordninger er tilkoblede.
- Følg din lokale politik for manuel håndtering til at anbringe pladen under patienten og over mellemrummet mellem den første og anden forflytningsoverflade. Mellemrummet må ikke være over 15 cm.
- Kontrollér, at de skridsikre strimler er i kontakt med begge forflytningsoverflader.
- For at gøre det lettere at gennemføre forflytningen anbefales brugen af GBUK Banana forflytnings- eller glidelagner. Se betjeningsanvisningerne for den specifikke enhed og de lokale retningslinjer for manuel håndtering for at anbringe forflytnings- eller glidelagnet under patienten.
- Når pladen er på plads, forflyttes patienten lateralt over to overflader.
- Efter at manøvren er færdiggjort, fjernes pladen og rengøres ifølge nedenstående anvisninger.

#### OPBEVARING OG HÅNDTERING

GBUK Banana laterale forflytningsplader kan opbevares ved hjælp af en eller flere af håndtagene på pladen. De kan opbevares fladt eller foldes i to. De foldbare laterale forflytningsplader bør foldes med de skridsikre strimler på ydersiden. Fold ikke pladen med de skridsikre strimler på ildersiden, da dette kan beskadige pladen. Opbevares tørt og væk fra direkte sollys.

#### BORTSKAFFELSESPROCEDURER

Følg de lokale retningslinjer.

#### RENGØRING

Hvis enheden er snavset, rengøres den grundigt så hurtigt som muligt med alkoholbaserede rengøringsmidler (op til 70 %) eller normale desinficerende midler. Aftør enheden manuelt, indtil den er synligt ren. Hvis enheden ikke ser ud til at være synligt ren, gentages rengøringen. Hvis enheden forbliver forurenset ved visuel undersøgelse efter flere rengøringsforsøg, skal enheden bortskaffes i overensstemmelse med det lokale hospitals politik for bortskaffelse.



Ikke fremstillet af naturgummilatex.

Symbolforklaring tilgængelig på [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)



## NO

### GBUK Banana lateralt overføringsbrett

#### Instruksjoner for bruk

Les disse instruksjonene før bruk.

#### TILLENKT BRUK

GBUK Banana laterale overføringsbrett er ment å hjelpe til med lateral overføring av pasienter over en åpning mellom to overflater.

#### INDIKASJONER FOR BRUK

Disse enhetene er indisert for bruk på pasienter som trenger hjelp med å utføre en lateral overføring.

#### BESKRIVELSE

Lette, laterale overføringsbrett med høy styrke som er tilgjengelige som ubøyelige eller sammenleggbar typer.

Produktnavn	Produktbeskrivelse
QP-059150-R	Lateralt ubøyelig brett 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Lateralt ubøyelig brett 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Lateralt ubøyelig brett 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Lateralt ubøyelig brett 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Lateralt sammenleggbar brett 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Lateralt sammenleggbar brett 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Lateralt sammenleggbar brett 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Lateralt sammenleggbar brett 74 cm x 180 cm*

\* Den sammenleggbar typen muliggjør overføring av pasienter i en halvt liggende stilling.

#### PASIENTMÅLGRUPPE

Denne enheten er indisert for bruk på pasienter som trenger hjelp med å utføre en lateral overføring.

#### TILLENKTE BRUKERE

GBUK Banana lateralt overføringsbrett skal brukes av opplyrt helsepersonell eller personer med riktig opplæring eller kunnskap.

#### KONTRAINDIKASJONER

Må ikke brukes i direkte kontakt med skadet hud.

#### ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Følg lokale retningslinjer for manuell håndtering fra helseforetaket eller retningslinjene til Royal College of Nursing.

- Ikke bruk brettene til løfting.

- Ikke bruk platene til å bygge bro større enn 15 cm.

Det må utføres en risikovurdering og visuell inspeksjon av kompetente personer før bruk av det laterale overføringsbrettet. Dette bør omfatte:

- Pasientens fysiske status og helsestatus, inkludert huden integritet.
- Status på enheten. Sklisikringene må være intakte og uskadete. Ikke bruk enheten hvis den ser ut som den er skadet, våt eller slitt.
- Brettens egnethet og størrelse, inkludert typen ubøyelig eller sammenleggbar brett.

Ved en alvorlig hendelse som involverer enheten, skal brukeren rapportere hendelsen til GBUK og den kompetente myndigheten der brukeren/pasienten er i pleie. Ved mistanke om feil på enheten skal brukeren rapportere hendelsen til GBUK, og enheten skal returneres til GBUK for undersøkelse.

#### INSTRUKSJONER FOR BRUK

- Se til at begge overføringsflatene er stabile. Hvis en av disse er en mobil enhet, må du bekrefte at hjul/trinser er låst og/eller at eventuelle andre forankringsenheter er tilkoblet.
- Følg lokale retningslinjer for manuell håndtering for å plassere brettet under pasienten og over åpningen mellom den første og andre overføringsflatene. Avstanden må ikke være større enn 15 cm.
- Kontroller at sklisikringene er i kontakt med begge overføringsflatene.
- For å redusere innsatsen som kreves for å gjennomføre overføringen, anbefales bruk av GBUK Banana overførings- eller glidelaken. Se spesifikke bruksanvisninger for enheten og lokale retningslinjer for manuell håndtering for å plassere overførings- eller glidelaken under pasienten.
- Når brettet er på plass, kan du overføre pasienten over de to overflatene.
- Etter at manøveren er fullført, fjern brettet og rengjør i henhold til instruksjonene nedenfor.

#### LAGRING OG HÅNDTERING

GBUK Banana laterale overføringsbrett kan lagres ved bruk av et av håndtakene på brettet. De kan lagres flatt eller brettes i to. Sammenleggbare laterale overføringsbrett skal brettes med sklisikringene på utsiden ikke brett brettet med sklisikringene på innsiden, da dette kan skade brettet. Oppbevares tørt, og vakk fra direkte sollys.

#### AVHENDINGSPROSEDYRE

Følg lokale retningslinjer

#### RENGJØRING

Hvis enheten er skitten, så rengjør så raskt som mulig med alkoholbaserte rengjøringsløsninger (opp til 70 %) eller vanlige desinfeksjonsløsninger. Tørk av enheten manuelt til enheten er synlig ren. Gjenta rengjøringstrinnet hvis enheten ikke ser ren ut. Hvis enheten forblir forurensset ved visuell inspeksjon etter flere rengjøringsforsøk, må du kaste den i samsvar med avhendingsretningslinjer.



Ikke laget av naturgummi lateks.

Symbolordliste er tilgjengelig på [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

## SV

### GBUK Banana lateral förflyttningsbräda

#### Bruksanvisning

Läs dessa anvisningar före användning.

#### ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET

GBUK Banana laterala förflyttningsbrädor är avsedda att underlätta sidledes förflyttning av patienter över ett mellanrum mellan två ytor.

#### INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Dessa produkter är avsedda att användas på patienter som behöver assistans med sidledes förflyttning.

#### BESKRIVNING

Lätta, robusta laterala förflyttningsbrädor som finns tillgängliga i stiv eller vikbar utformning.

Produktnavn	Produktbeskrivelse
QP-059150-R	Stiv lateral förflyttningsbräda, 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Stiv lateral förflyttningsbräda, 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Stiv lateral förflyttningsbräda, 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Stiv lateral förflyttningsbräda, 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Vikbar lateral förflyttningsbräda, 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Vikbar lateral förflyttningsbräda, 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Vikbar lateral förflyttningsbräda, 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Vikbar lateral förflyttningsbräda, 74 cm x 180 cm*

\*Den vikbara varianten möjliggör förflyttning av patienter i halvliggande position.

#### AVSEDD PATIENTGRUPP

Dessa produkter är lämpliga för patienter som behöver assistans med sidledes förflyttning.

#### AVSEDDA ANVÄNDARE

GBUK Banana laterala förflyttningsbrädor är avsedda att användas av utbildad vårdpersonal eller personer med lämplig utbildning eller kunskap.

#### KONTRAINDIKATIONER

Använd inte i direkt kontakt med skadad hud.

#### WARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Följ de lokala manuella hanteringsriktlinjerna från sjukhuset eller tillämpligt sjuksköterskeförbund.

- Använd inte brädorna för lyft.

- Använd inte brädorna för lyft.

En riskbedömning och visuell inspektion måste utföras av behörig person innan förflyttningsbrädan används. Detta ska omfatta:

- Pasientens fysiska och medicinska status, inklusive hudintegritet.
- Produktens tillstånd. Anti-halkremsorna måste vara intakta och oskadade. Använd inte produkten om den verkar skadad, blöt eller använd.
- Brädans lämplighet, inklusive valet av stiv eller vikbar bräda, samt storlek.

I händelse av en allvarlig incident med produkten ska användaren rapportera händelsen till GBUK och den behöriga myndighet där användaren/patienten är etablerad. I händelse av ett misstänkt produktfel ska användaren rapportera händelsen till GBUK och produkten ska returneras till GBUK för undersökning.

#### BRUKSANVISNING

- Säkerställ att båda förflyttningssyorna är stadiga. Är någon av ytorna en mobil yta ska du säkerställa att hjulen är låsta och/eller att eventuellt annan bromsanordning har aktiverats.
- Följ de lokala manuella hanteringsriktlinjerna för att placera bräden under patienten och över mellanrummet mellan den första och den andra förflyttningssytan. Mellanrummet får inte vara större än 15 cm.
- Kontroller att anti-halkremsorna har kontakt med båda förflyttningssyorna.
- För att underlätta förflyttningen rekommenderas att du använder GBUK Banana förflyttningsmattor eller glidlakan. Se de specifika produkternas bruksanvisningar och de lokala manuella hanteringsriktlinjerna för placering av förflyttningsmattan eller glidlakanet under patienten.
- När bräden är på plats ska du förflytta patienten sidledes över de båda ytorna.
- När manövern slutförts ska du ta bort bräden och rengöra enligt anvisningarna nedan.

#### FÖRVARING OCH HANTERING

GBUK Banana laterala förflyttningsbrädor kan förvaras med hjälp av något av handtagen på bräden. De kan förvaras platta eller vikta på mitten. Vikbara laterala förflyttningsbrädor ska vikas med anti-halkremsorna vända utåt. Vik inte bräden med anti-halkremsorna vända inåt. Detta kan skada bräda.

Förvara torrt och skydda från direkt solljus.

#### KASSERING

Följ lokala riktlinjer.

#### RENGÖRING

Är produkten nedsmutsad ska du rengöra produkten noggrant så snart som möjligt med en alkoholbaserad rengöringslösning (upp till 70 %) eller en normal desinfektionslösning. Torka av produkten manuellt tills produkten är synligt ren. Verkar inte produkten ren ska du upprepa rengöringssteget. Om produkten fortfarande är förorenad vid visuell inspektion efter flera rengöringsförsök ska den kasseras i enlighet med lokala avyttringsföraranden.



Inte tillverkad med naturgummilatex.

Symbolordlista finns på [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)



## NL

### GBUK Banana Laterale Transferplank

#### Gebruiksaanwijzing

Lees deze instructies voorafgaand aan het gebruik.

#### BEOOGD GEBRUIK

GBUK Banana Laterale Transferplanken zijn bedoeld om te helpen bij de zijaartse verplaatsing van patiënten over een tussenruimte tussen twee oppervlakken.

#### INDICATIES VOOR GEBRUIK

Deze hulpmiddelen zijn geïndiceerd voor gebruik bij patiënten die hulp nodig hebben bij een zijaartse verplaatsing.

#### BESCHRIJVING

De lichtgewicht, zeer sterke laterale transferplanken zijn verkrijgbaar in vaste- of opvouwbare uitvoering.

Productcode	Productbeschrijving
QP-059150-R	Laterale Vaste Glijplank 59cm x 150cm
QP-059180-R	Laterale Vaste Glijplank 59cm x 180cm
QP-074150-R	Laterale Vaste Glijplank 74cm x 150cm
QP-074180-R	Laterale Vaste Glijplank 74cm x 180cm
QP-059150-F	Laterale Opvouwbare Glijplank 59cm x 150cm*
QP-059180-F	Laterale Opvouwbare Glijplank 59cm x 180cm*
QP-074150-F	Laterale Opvouwbare Glijplank 74cm x 150cm*
QP-074180-F	Laterale Opvouwbare Glijplank 74cm x 180cm*

\*Het opvouwbare type maakt het mogelijk patiënten in een halfliggende positie te verplaatsen.

#### PATIËNTENDOELGROEP

Het hulpmiddel is geschikt voor patiënten die hulp nodig hebben bij een zijaartse verplaatsing.

#### BEOOGDE GEBRUIKERS

GBUK Banana Laterale Transferplanken zijn bedoeld voor gebruik door opgeleide professionele zorgverleners of personen met de juiste opleiding of kennis.

#### CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken in direct contact met beschadigde huid.

#### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

- Volg het lokale beleid voor handmatig hanteren van lasten van uw ziekenhuis of de richtlijnen van het Royal College of Nursing.
- Gebruik de planken niet om te tillen.
- Gebruik de planken niet om een tussenruimte van meer dan 15cm te overbruggen.

Alvorens de Laterale Transferplank te gebruiken moet er een risicobeoordeling worden uitgevoerd door een of meerdere competenten personen. Hierbij moet rekening worden gehouden met:

- De fysieke en medische status van de patiënt, waaronder de integriteit van de huid.
- De conditie van het hulpmiddel. De antislipstrips moeten intact en onbeschadigd zijn. Gebruik het hulpmiddel niet als het beschadigd, nat of versleten lijkt te zijn.

- De geschiktheid van de plank, waaronder het type vaste- of opvouwbare plank en de afmetingen.

In het geval van een ernstig incident met het hulpmiddel moet de gebruiker de gebeurtenis melden aan GBUK en aan de bevoegde autoriteit in het gebied waar de gebruiker/patiënt is gevestigd. In geval van een vermoedelijk defect aan het hulpmiddel, dient de gebruiker dit aan GBUK te melden en het apparaat voor onderzoek aan GBUK terug te zenden.

#### GEbruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat beide transferopervlakken stabiel zijn. Als een van beide een mobiel apparaat is, controleer dan of de wielen/zwenkwielden vergrendeld zijn en/of andere remvoorzieningen zijn ingeschakeld.
- Volg het plaatselijke beleid voor het handmatig hanteren van lasten om de plank onder de patiënt, en over de opening tussen het eerste- en tweede transferopervlak te plaatsen. De tussenruimte mag niet breder zijn dan 15cm.
- Controleer of de antislipstrips in contact maken met beide transferopervlakken.
- Om de benodigde inspanning om de verplaatsing uit te voeren te verminderen, wordt het gebruik van GBUK Banana transfer- of glijlakens aanbevolen. Raadpleeg de specifieke IFU's van het hulpmiddel en de plaatselijke richtlijnen om het transfer- of glijlaken handmatig onder de patiënt te plaatsen.
- Zodra de plank op zijn plaats ligt, verplaast u de patiënt zijdelings over de twee oppervlakken.
- Nadat de handeling is voltooid, verwijdert u de plank en reinigt u deze volgens onderstaande instructies.

#### OPSLAG EN BEHANDELING

GBUK Banana Laterale Transferplanken kunnen worden opgeslagen met gebruik van de handgrepen op de plank. Ze kunnen vlak worden opgeslagen of dubbel worden gevouwen. Opvouwbare Laterale Transferplanken moeten met de antislipstrips aan de buitenkant worden gevouwen. Vouw de plank niet op met de antislipstrips aan de binnenkant, omdat dit de plank kan beschadigen. Droog en buiten direct zonlicht bewaren.

#### VERWIJDERINGSPROCEDURES

Volg de lokale richtlijnen.

#### REINIGEN

Reinig het hulpmiddel als het verontreinigd is zo spoedig mogelijk grondig met een reinigingsoplossing op alcoholbasis (tot 70%), of met een gebruikelijke desinfecterende oplossing. Veeg het hulpmiddel handmatig schoon totdat het zichtbaar schoon is. Als het apparaat niet zichtbaar schoon lijkt te zijn, dan herhaalt u de reiniging. Als het hulpmiddel bij een visuele inspectie na meerdere reinigingspogingen verontreinigd blijft, dan dient u het hulpmiddel weg te gooien in overeenstemming met de verwijderingsprocedure.



Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex.

Verklaring van de symbolen verkrijgbaar op [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

## PL

### Deska do transferu bocznego

#### GBUK Banana

#### Instrukcja użycia

Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

#### PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Deski do transferu bocznego BUK Banana są przeznaczone do wspomagania transferu bocznego pacjentów ponad odstępem między dwiema powierzchniami.

#### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wyrób przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy podczas transferu bocznego.

#### OPIS

Lekkie deski do transferu bocznego o wysokiej wytrzymałości, dostępne w wersji sztywnej lub składanej.

Productcode	Productbeschrijving
QP-059150-R	Deska sztywna do transferu bocznego 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Deska sztywna do transferu bocznego 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Deska sztywna do transferu bocznego 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Deska sztywna do transferu bocznego 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Deska składana do transferu bocznego 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Deska składana do transferu bocznego 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Deska składana do transferu bocznego 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Deska składana do transferu bocznego 74 cm x 180 cm*

\*Deska składana umożliwia transfer pacjenta w pozycji półleżącej.

#### DOCELOWA GRUPA PACJENTÓW

Wyrób jest odpowiedni dla pacjentów wymagających pomocy podczas transferu bocznego.

#### PRZEWIDZIANI UŻYTKOWNICY

Deski do transferu bocznego GBUK Banana są przeznaczone do stosowania przez przeszkołonych pracowników opieki zdrowotnej lub osób posiadających odpowiednie przeszkołenie bądź wiedzę.

#### PRZECIWWSKAZANIA

Nie używać w bezpośrednim kontakcie z uszkodzoną skórą.

#### OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Należy przestrzegać obowiązujących lokalnie zasad przemieszczania ręcznego stosowanych w szpitalu lub wytycznych Królewskiego Kolegium Pielęgniarskiego (Royal College of Nursing).
- Nie należy używać desek do podnoszenia pacjentów.
- Nie należy używać desek w celu eliminacji odstępu większego niż 15 cm między powierzchniami.

Przed użyciem deski do transferu bocznego osoba/-y posiadająca/-odpowiednie kwalifikacje powinna/-y przeprowadzić ocenę ryzyka oraz ocenę wzrokową.

Należy uwzględnić:

- stan fizyczny i medyczny pacjenta, w tym ciągłość skóry,
- stan maty. Paski antypoślizgowe muszą być nienaruszone i wolne od uszkodzeń Nie używać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zmoczenia lub zużycia.

- dopasowanie deski, w tym pod względem rodzaju (sztywna lub składana) oraz rozmiaru.

W przypadku poważnego zdarzenia związanego z wyrobem należy zgłosić je firmie GBUK i właściwemu organowi, w którym zarejestrowany jest użytkownik/pacjent. W przypadku podejrzenia wady wyrobu użytkownik powinien zgłosić to firmie GBUK i odesłać do niej wyrób w celu jego sprawdzenia.

#### INSTRUKCJA UŻYCIA

- Upewnić się, że obie powierzchnie są stabilne. W przypadku, gdy jedna z powierzchni należy do urządzenia mobilnego, należy sprawdzić, czy kółka są zablokowane i/lub wszelkie elementy kotwiczące są uruchomione.
- Umieścić deskę pod pacjentem oraz wykonać transfer nad odstępem między jedną a drugą powierzchnią zgodnie z obowiązującymi lokalnie zasadami przemieszczania ręcznego. Odstęp nie może być większy niż 15 cm.
- Sprawdzić, czy paski antypoślizgowe stykają się z obiema powierzchniami.
- Aby zmniejszyć wysiłek potrzebny do wykonania transferu, zaleca się stosowanie mat do transferu lub ślizgowych GBUK Banana. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania danego wyrobu oraz lokalnymi wytycznymi dotyczącymi przemieszczania ręcznego w celu prawidłowego umieszczenia maty do transferu lub ślizgowej pod pacjentem.
- Po ułożeniu deski w odpowiedniej pozycji należy wykonać transfer boczny pacjenta z jednej powierzchni na drugą.
- Po zakończeniu manewru należy zabrać deskę i poddać czyszczeniu zgodnie z poniższym zaleceniami.

#### PRZECHOWYWANIE I EKSPOLOATACJA

Deski do transferu bocznego GBUK Banana można przechowywać z wykorzystaniem dowolnych uchwytów na desce. Mogą być przechowywane na płasko lub złożone na pół. Deski składane należy złożyć tak, aby paski antypoślizgowe znajdowały się na zewnątrz. Nie należy składać deski paskami antypoślizgowymi do wewnętrznej, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie. Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem bezpośredniego działania promieni słonecznych.

#### USUWANIE

Należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi

#### CZYSZCZENIE

W przypadku zabrudzenia należy jak najszybciej oczyścić deskę, wycierając ją pomoce środka do czyszczenia na bazie alkoholu (do 70%) lub zwykłego środka do dezynfekcji. Wytrzeć ręcznie aż do usunięcia widocznych zabrudzeń. Jeżeli zabrudzenia będą nadal widoczne, należy powtórzyć czyszczenie. Jeżeli po kilkakrotnym czyszczeniu wyrób pozostanie w widocznny sposób zanieczyszczony, należy go wyrzucić zgodnie z obowiązującą procedurą utylizacji.



Wyrób nie zawiera lateksu naturalnego.

Glosariusz symboli jest dostępny na stronie internetowej [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)



## PT

### Tábua de transferência lateral GBUK Banana

#### Instruções de Utilização

Leia atentamente estas instruções antes da utilização.

#### UTILIZAÇÃO PREVISTA

As tábuas de transferência lateral GBUK Banana destinam-se a auxiliar na transferência lateral de pacientes através de um espaço entre duas superfícies.

#### INDICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

Estes dispositivos são indicados para uso em pacientes que requerem assistência na conclusão de uma transferência lateral.

#### Descrição

Placas de transferência lateral leves e de elevada resistência disponíveis como tipos rígidos ou dobráveis.

Código do produto	Descrição do produto
QP-059150-R	Placa rígida de transferência lateral 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Placa rígida de transferência lateral 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Placa rígida de transferência lateral 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Placa rígida de transferência lateral 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Placa dobrável de transferência lateral 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Placa dobrável de transferência lateral 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Placa dobrável de transferência lateral 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Placa dobrável de transferência lateral 74 cm x 180 cm*

\*O tipo dobrável permite a transferência de pacientes numa posição semi-reclinada.

#### GRUPO ALVO DE PACIENTES

Este dispositivo é indicado para pacientes que requerem assistência na conclusão de uma transferência lateral.

#### UTILIZADORES PREVISTOS

As tábuas de transferência lateral GBUK Banana destinam-se a serem usadas por profissionais de saúde qualificados ou com o formação ou conhecimento apropriado.

#### CONTRAINDICAÇÕES

Não usar em contacto direto com a pele ferida.

#### AVISOS E PRECAUÇÕES

- Cumprir a política local de movimentação manual do seu hospital ou as diretrizes do Royal College of Nursing.
- Não usar as tábuas para elevação.
- Não usar as tábuas para preencher um espaço superior a 15 cm.

Antes de usar a tábua de transferência lateral, deve ser realizada por pessoa(s) competente(s) uma avaliação de risco e inspeção visual. A mesma deve considerar:

- O estado físico e médico do paciente, incluindo a integridade da pele.
- O estado do dispositivo. As fitas antiderrapantes devem ser mantidas intactas e sem danos. Não use o dispositivo se parecer danificado, molhado ou gasto.

- A adequação da tábua, incluindo o tipo de tábua rígida ou dobrável e o tamanho.

No caso de um incidente sério envolvendo o dispositivo, o utilizador deve relatar o evento à GBUK e à autoridade competente à qual o utilizador/paciente pertence. No caso de suspeita de falha do dispositivo, o utilizador deve relatar o evento à GBUK, e o dispositivo deve ser devolvido à GBUK para revisão.

#### INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

- Certifique-se que ambas as superfícies de transferência estão estáveis. Se for um dispositivo móvel, confirme se as rodas/rodações estão travados e/ou quaisquer outros dispositivos de ancoragem estão engatados.
- Cumpre a política local de movimentação manual para posicionar a tábua debaixo do paciente e ao longo do espaço entre a primeira e a segunda superfícies de transferência. O espaço não deve ser superior a 15 cm.
- Verifique se as fitas antiderrapantes estão em contacto com ambas as superfícies de transferência.
- Para reduzir o esforço necessário para realizar a transferência, é recomendado o uso do dispositivo de transferência ou do lençol de transferência GBUK Banana. Consulte as instruções de utilização específicas do dispositivo e as diretrizes locais sobre movimentação manual para posicionar o dispositivo de transferência ou o lençol de transferência debaixo do paciente.
- Assim que a tábua esteja em posição, transfira lateralmente o paciente ao longo das duas superfícies.
- Após a conclusão da manobra, remova a tábua e limpe de acordo com as instruções abaixo.

#### ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO

As tábuas de transferência lateral GBUK Banana podem ser armazenadas usando qualquer uma das pegas na tábua. Podem ser armazenadas planas ou dobradas ao meio. As tábuas de transferência lateral dobráveis devem ser dobradas com as fitas antiderrapantes do lado de fora. Não dobre a tábua com as fitas antiderrapantes para dentro, pois isso pode danificar a tábua.  
Manter seco e afastado da luz solar direta.

#### PROCEDIMENTOS DE ELIMINAÇÃO

Siga as diretrizes locais.

#### LIMPEZA

Se o dispositivo estiver sujo, limpe-o muito bem o mais rapidamente possível, usando soluções de limpeza à base de álcool (até 70%) ou soluções desinfetantes normais. Limpe manualmente o dispositivo até estar visivelmente limpo. Se o dispositivo não parecer visivelmente limpo, repita a etapa de limpeza. Se o dispositivo permanecer contaminado após a inspeção visual e após várias tentativas de limpeza, elimine o dispositivo de acordo com o procedimento de eliminação.



Não é fabricado com látex de borracha natural.

Glossário de símbolos disponível em [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

## EL

### Πλάκα Πλευρικής Μεταφοράς GBUK Banana

#### Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

#### ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Οι πλάκες πλευρικής μεταφοράς GBUK Banana προορίζονται για υποβοήθηση στην πλευρική μεταφορά ενός ασθενούς κατά μήκος ενός κενού ανάμεσα σε δύο επιφάνειες.

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτά τα προϊόντα ενδείκνυται για χρήση σε ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια για την ολοκλήρωση μιας πλευρικής μεταφοράς.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελαφρύες, υψηλής αντοχής πλάκες πλευρικής μεταφοράς που διατίθενται σε άκαμπτη ή αναδιπλούμενη μορφή.

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος
QP-059150-R	Πλευρική άκαμπτη πλάκα 59cm x 150cm
QP-059180-R	Πλευρική άκαμπτη πλάκα 59cm x 180cm
QP-074150-R	Πλευρική άκαμπτη πλάκα 74cm x 150cm
QP-074180-R	Πλευρική άκαμπτη πλάκα 74cm x 180cm
QP-059150-F	Πλευρική αναδιπλούμενη πλάκα 59cm x 150cm*
QP-059180-F	Πλευρική αναδιπλούμενη πλάκα 59cm x 180cm*
QP-074150-F	Πλευρική αναδιπλούμενη πλάκα 74cm x 150cm*
QP-074180-F	Πλευρική αναδιπλούμενη πλάκα 74cm x 180cm*

\*Ο αναδιπλούμενος τύπος καθιστά δυνατή τη μεταφορά ασθενών σε ημιπρηνή θέση.

#### ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΣΔΩΣΗΝ

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια για την ολοκλήρωση πλευρικής μεταφοράς.

#### ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι πλάκες πλευρικής μεταφοράς GBUK Banana προορίζονται για χρήση από επικαλέμενους επαγγελματίες του τομέα υγείας ή άτομα με κατάλληλη εκπαίδευση και γνώσεις.

#### ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με το δέρμα όταν έχει ανοιχτά τραύματα.

#### ΠΡΟΔΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

- Ακολουθήστε την κατά τόπους νοσοκομειακή πολιτική χειρωνακτικού χειρισμού ή τις κατευθυντήριες οδηγίες του Royal College of Nursing.
- Μη χρησιμοποιείτε τις πλάκες για ανύψωση.
- Μη χρησιμοποιείτε τις πλάκες για κάλυψη κενού μεγαλύτερου των 15 cm.

Πρέπει να διεβαχθεί αξιολόγηση κινδύνων και οπτική επιθεώρηση από αρμόδιο(α) άτομο(α) πριν τη χρήση της Πλάκας Πλευρικής μεταφοράς. Γι' αυτή την αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:

- Η σωματική και ιατρική κατάσταση του ασθενούς, καθώς και η ακεραιότητα του δέρματος.
- Η κατάσταση του προϊόντος. Οι αντιολισθητικές ταινίες πρέπει να είναι ακέραιες και να μην έχουν υποστεί βλάβη.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν φαίνεται να έχει βλάβη, να έχει βραχεί ή να έχει φθαρεί.

- Η καταληλότητα της πλάκας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου άκαμπτης ή αναδιπλούμενης πλάκας και του μεγέθους.

Στην περίπτωση σοβαρού συμβάντος στο οποίο εμπλέκεται το προϊόν, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει το συμβάν στην GBUK και στην αρμόδια αρχή στην οποία υπάγεται ο χρήστης/ασθενής. Στην περίπτωση πιθανής ζημιάς του προϊόντος, ο χρήστης πρέπει να αναφέρει το συμβάν στην GBUK και το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην GBUK για εξέταση.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο επιφάνειες μεταφοράς είναι σταθερές. Εάν κάποια από τις δύο επιφάνειες είναι κινούμενη, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί/ροδάκια είναι ασφαλισμένοι ή/και σποιειδήσποτές άλλες διατάξεις στερέωσης είναι ασφαλισμένες.
- Ακολουθήστε την κατά τόπους πολιτική χειρωνακτικού χειρισμού για την τοποθέτηση της πλάκας κάτω από τον ασθενή και κατά μήκος του κενού ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη επιφάνεια μεταφοράς. Το διάκενο δεν πρέπει να είναι ασφαλιστέρης.
- Ελέγχετε εάν οι αντιολισθητικές ταινίες είναι σε επαρφή και με τις δύο επιφάνειες μεταφοράς.
- Για να μειωθεί η προσπάθεια που απαιτείται για πραγματοποίηση της μεταφοράς, συνίσταται η χρήση των σεντονιών μεταφοράς ή ολίσθησης GBUK Banana. Ανταρτέστε στις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης του προϊόντος και τις κατά τόπους οδηγίες χειρωνακτικού χειρισμού για την τοποθέτηση των σεντονιών μεταφοράς ή ολίσθησης κάτω από τον ασθενή.
- Αφού η πλάκα είναι στη θέση της, μεταφέρετε πλευρικά τον ασθενή κατά μήκος των δύο επιφανειών.
- Αφού ολοκληρώθει ο χειρισμός, αφαίρεστε την πλάκα και καθαρίστε τη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

#### ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Οι πλάκες πλευρικής μεταφοράς GBUK Banana μπορούν να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας κάποια από τις λαβές που βρίσκονται επάνω στην πλάκα. Μπορούν να αποθηκευτούν είτε απλωμένες είτε διπλωμένες στη μέση. Οι αναδιπλούμενες πλάκες πλευρικής μεταφοράς θα πρέπει να διπλώνονται με τις αντιολισθητικές ταινίες προς τα έξω. Μη διπλώνετε την πλάκα με την αντιολισθητική ταινία προς τα μέσα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην πλάκα.

Να διατηρείται στεγνό και μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

#### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εάν το προϊόν είναι λεπρωμένο, καθαρίστε το ενδελεχώς το συντομότερο δυνατόν χρησιμοποιώντας αλκοολούχα καθαριστικά διαλύματα (έως 70%), ή κανονικά αντισηπτικά διαλύματα. Σκουπίστε το προϊόν με το χέρι έως ότου να είναι ορατά καθαρό. Εάν το προϊόν δεν μοιάζει μολυσμένο κατόπιν οπτικής επιθεώρησης μετά από καρπούς, καθαρισμό, απορρίψη το σύμφωνα με τα κατά τόπους νοσοκομειακά πρωτόκολλα.



Δεν έχει κατασκευαστεί από λατέξ φυσικού καουτσούκ.

Το γλωσσάριο συμβόλων διατίθεται στη διεύθυνση www.gbukbanana.com



TR

## GBUK Banana Lateral Hasta Transfer Tahtası

### Kullanım Talimatları:

Kullanmadan önce lütfen talimatları okuyunuz.

### KULLANIM AMACI

GBUK Banana Lateral Hasta Transfer Tahtaları, hastaların iki yüzey arasındaki boşluktan transferlerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

### BELİRTİLEN KULLANIM ALANLARI

Bu cihazlar, lateral (yanal) bir transferi gerçekleştirmek için yardım gerektiren hastalarda kullanım için belirlenmiştir.

### TANIM

Eğilmez ve katlanır tiplerde mevcut, hafif, dayanımı yüksek lateral transfer tahtaları.

Ürün Kodu	Ürün Tanımı
QP-059150-R	Banana Lateral Eğilmez Tahta 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Banana Lateral Eğilmez Tahta 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Banana Lateral Eğilmez Tahta 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Banana Lateral Eğilmez Tahta 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Banana Lateral Katlanır Tahta 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Banana Lateral Katlanır Tahta 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Banana Lateral Katlanır Tahta 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Banana Lateral Katlanır Tahta 74 cm x 180 cm*

\*Katlanır tip, hastaların yarı sırtı üstü yatar pozisyonda transfer edilmelerini sağlar.

### HEDEF HASTA GRUBU

Bu cihazlar, lateral bir transferi gerçekleştirmek için yardım gerektiren hastalar için uygundur.

### KİMLER KULLANABILIR

GBUK Lateral Hasta Transfer Tahtaları, bunu kullanmadan eğitim sağılık çalışanları ya da uygun eğitim veya bilgiye sahip kişiler tarafından kullanılacak için tasarlanmıştır.

### KONTRAENDİKASYONLAR

Yara bulunan ciltle doğrudan temas edecek şekilde kullanmayınız.

### UYARILAR VE ÖNLEMLER

- Hastanenizin yerel elle taşıma politikानza ya da Kraliyet Hemşirelik Koleji kılavuzlarına uyun.
- Tahtaları hastaları kaldırırmak için kullanmayın.
- Tahtaları 15 cm'den büyük boşlukları kapatmak için kullanmayın.

Lateral Hasta Transfer Tahtası kullanılmadan önce yetkin kişi(ler) tarafından bir risk değerlendirmesi ve görsel teftiş gerçekleştirilmelidir. Şunlar dikkate alınmalıdır:

- Cilt bütünlüğü dahil, hastanın fiziksel ve tıbbi durumu.
- Cihazın durumu. Kayma önyeleyici şartlar sağlam ve hasar görmemiş olmalıdır. Hasarlı, ıslak ya da yıpranmış görünen yorsa cihazı kullanmayın.

- Eğilmez ya da katlanır tahta tipi ve boyutu dahil tahtanın uygunluğu.

Cihazla ilgili ciddi bir olay yaşanması durumunda, kullanıcı, olayı GBUK'ye ve kullanıcı / hastanın bulunduğu ülkenin yetkili merciye bildirmelidir. Cihazda bir arızadan şüphelenilmesi durumunda kullanıcı olayı GBUK'ye rapor etmeli ve cihaz incelenmek için GBUK'ye lade edilmelidir.

### KULLANIM TALIMATLARI

- Her iki transfer yüzeyinin stabil olduğunu emin olun. Her ikisinden biri mobil bir cihazsa, tekerleklerini kilitli ve/veya diğer tüm sabitleme tertibatlarının devrede olduğunu teyit edin.
- Tahtayı hastanın altında ve birinci ile ikinci transfer yüzeyleri arasındaki boşlukta pozisyonlamak için yerel elle taşıma politikānza uygulayın. Boşluk, 15 cm'den büyük olmamalıdır.
- Kayma önyeleyici şartların her iki transfer yüzeyine temas ettiğinden emin olun.
- Transferi gerçekleştirmek için gerekli çabayı azaltmak için GBUK Banana transfer ya da kaydırma kumaşlarının kullanılması önerilir. Transfer ya da kaydırma kumaşını hastanın altında pozisyonlamak için spesifik cihaz IFU (Information For Use - Kullanım için Bilgiler'e ya da yerel elle taşıma politikānza bakınız.
- Tahta yerine yerleştirildiğinde, hastayı iki yüzey arasında lateral olarak transfer edin.
- Manevräyi tamamladıktan sonra tahtayı kaldırın ve aşağıdaki talimatlara göre temizleyin.

### DEPOLAMA VE TAŞIMA

GBUK Banana Lateral Hasta Transfer Tahtaları, tahta üzerindeki herhangi bir tutacık kullanılarak depolanabilir. Tahtalar düz şekilde depolanabilir ya da ikiye katlanabilir. Katlanan Lateral Hasta Transfer Tahtaları, kayma önyeleyici şartlar dışında kalacak şekilde katlanmalıdır. Tahtaya zarar verebileceğinden, tahtayı kayma önyeleyici şartlar içeride kalacak şekilde katlamayın.

Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

### İMHA ETME PROSEDÜRLERİ

Yerel yönetelere uygun

### TEMİZLİK

Cihaz kırılmırse, en kısa süre içerisinde alkollü temizlik sıvıları (%70'e kadar) ya da normal dezenfektan sıvıları kullanarak derinlemesine temizleyin. Cihaz görünür şekilde temiz olana kadar cihazı elle silin. Cihaz görünür şekilde temiz değilse, temizlik adımlını tekrarlayın. Cihaz, birden fazla temizlik girişimini takiben, görsel teftişten sonra halen kontamine olmuş gözüküyorsa, cihazı imha etme prosedürüne göre imha edin.



Doğal kauçuk lateksten imal edildiği bilgisi.

Sembol terimler sözlüğü [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com) adresinde mevcuttur.

CS

## Deska pro boční přenos GBUK Banana

### Pokyny k použití

Před použitím si prosím přečtěte tyto pokyny.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Desky pro boční přenos GBUK Banana mají usnadnit boční přenos pacientů přes mezeru mezi dvěma povrchy.

### POKONY K POUŽITÍ

Tyto prostředky jsou určeny k použití u pacientů vyžadujících pomoc s bočním přenosem.

### POPIΣ

Lehké, vysoko pevné desky pro boční přenos. Dostupné buď jako pevné, nebo skládací typy.

Kód produktu	Popis produktu
QP-059150-R	Pevná deska Banana pro boční přenos 59 x 150 cm
QP-059180-R	Pevná deska Banana pro boční přenos 59 x 180 cm
QP-074150-R	Pevná deska Banana pro boční přenos 74 x 150 cm
QP-074180-R	Pevná deska Banana pro boční přenos 74 x 180 cm
QP-059150-F	Skládací deska Banana pro boční přenos 59 x 150 cm*
QP-059180-F	Skládací deska Banana pro boční přenos 59 x 180 cm*
QP-074150-F	Skládací deska Banana pro boční přenos 74 x 150 cm*
QP-074180-F	Skládací deska Banana pro boční přenos 74 x 180 cm*

\*Skládací typ umožňuje přenos pacientů v částečně ležící poloze.

### CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Tento prostředek je vhodný k použití u pacientů vyžadujících pomoc s bočním přenosem.

### ZAMÝŠLENÍ UŽIVATELÉ

Desky pro boční přenos GBUK Banana jsou určeny k použití vyškolenými zdravotnickými odborníky nebo osobami s příslušným školením nebo znalostmi.

### KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v přímém kontaktu s popraskanou kůží.

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Dodržujte místní zásady pro manipulaci stanovené vaší nemocnicí nebo pokyny Royal College of Nursing.
- Desky nepoužívejte ke zvedání.
- Desky nepoužívejte k přemostění mezery větší než 15 cm.

Před použitím desky pro boční přenos musí způsobil osoba provést vyhodnocení rizika a vizuální kontrolu. To by mělo brát v potaz:

- Tělesný a zdravotní stav pacienta, včetně neporušenosti kůže.
- Stav prostředku. Protiskluzové proužky musí být neporušené a nepoškozené. Prostředek nepoužívejte, pokud se zdá poškozený, je mokrý nebo opotřebovaný.
- Vhodnost desky, včetně typu desky (pevná nebo skládací) a velikosti.

V případě závažné příhody zahrnující prostředek musí uživatel událost nahlásit společnosti GBUK a příslušnému orgánu země, ve které uživatel/pacient sídlí. V případě podezření na závadu prostředku musí uživatel událost nahlásit společnosti GBUK a prostředek by pak měl být vrácen společnosti GBUK k prozkoumání.

### POKONY K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že oba povrchy, po kterých přenášíte, jsou stabilní. Pokud je kterýkoli povrch mobilní, ujistěte se, že kolečka jsou uzamčená a/nebo že je aktivní jiné uchycovací zařízení.
- Při umísťování desky pod pacienta a přes mezeru mezi první a druhý povrch dodržujte místní zásady pro ruční manipulaci. Mezera nesmí být větší než 15 cm.
- Přesvědčte se, zda se protiskluzové proužky dotýkají obou povrchů, mezi kterými přenášíte.
- Abyste snížili úsilí potřebné k provedení přenosu, doporučujeme použít kluzné podložky nebo podložky pro přenos značky GBUK Banana. Při umísťování kluzné podložky nebo podložky pro přenos pod pacienta postupujte podle návodů k použití konkrétních prostředků místních pokynů k manipulaci.
- Jakmile je deska umístěna, přemístěte bočním směrem pacienta mezi dvěma povrhy.
- Jakmile přenos dokončíte, desku odstraňte a vyčistěte ji dle pokynů uvedených níže.

### SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

Desky pro boční přenos GBUK Banana lze skladovat pomocí jakýchkoli úchytů na desce. Lze je skladovat na plocho nebo přeložené na půl. Skládací desky pro boční přenos skládejte tak, aby protiskluzové proužky byly na vnější straně. Desku neskládejte protiskluzovými proužky směrem dovnitř. Mohlo by to desku poškodit. Udržujte v suchu a chráněte před přímým slunečním světlem.

### POSTUPY LIKVIDACE

Dodržujte místní pokyny.

### ČIŠTĚNÍ

Je-li prostředek znečištěný, co nejdříve jej pečlivě očistěte pomocí čisticího prostředku s obsahem alkoholu (až 70 %) nebo běžného dezinfekčního prostředku. Prostředek ručně oříalte, dokud nebude viditelně čistý. Pokud se prostředek nezdá být viditelně čistý, čištění opakujte. Pokud je prostředek po několika pokusech o očištění na pohled stále znečištěný, zlikvidujte jej podle postupu pro likvidaci.



Při výrobě nebyl použit přírodní kaučukový latex. Slovníček pojmu je k dispozici na stránkách [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)



## ET

### GBUK Banana lateraalne töstelaud

#### Kasutusjuhend

Lugege see kasutusjuhend enne kasutamist läbi.

#### KASUTUSOTSTARVE

GBUK Banana lateraalsed töstelaud on mõeldud abistamiseks patsiendi töstmisel üle kahe piinna vahel oleva vahemaka.

#### KASUTUSNÄIDUSTUSED

Need seadmed on mõeldud kasutamiseks patsientidel, kes vajavad abi külgsuunalisel teisaldamisel.

#### KIRJELDUS

Kerged väga tugevast materjalist külg töstelaud, mis on saadaval nii jäikade kui ka kokkupandavatena.

Toote kood	Tootekirjeldus
QP-059150-R	Jäik lateraalne töstelaud 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Jäik lateraalne töstelaud 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Jäik lateraalne töstelaud 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Jäik lateraalne töstelaud 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Kokkupandav lateraalne töstelaud 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Kokkupandav lateraalne töstelaud 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Kokkupandav lateraalne töstelaud 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Kokkupandav lateraalne töstelaud 74 cm x 180 cm*

\*Kokkupandava lauaga on võimalik tösta patsiente, kes on poollamavas asendis.

#### PATSIENTIDE SIHTRÜHM

See seade on mõeldud kasutamiseks patsientidel, kes vajavad abi lateraalsel töstmisel.

#### ETTENÄHTUD KASUTAJAD

GBUK Banana lateraalsed töstelaud on ette nähtud kasutamiseks koolitud tervishoiutöötajate või vastava koolituse või teadmistega inimestele.

#### VASTUNÄIDUSTUSED

Ärge kasutage otseses kokkupuutes katkise nahaga.

#### HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÖUD

- Järgige oma haiglas kehtivaid käsitsemisjuhiseid või Kunigliku Öenduskolledži suuniseid.
- Ärge kasutage laudu töstmiseks.
- Ärge kasutage laudu üle 15 cm laiusteh vahede ületamiseks.

Enne lateraalse töstelaaua kasutamist peavad pädevad isikud läbi viima riskhindamise ja visuaalse kontrolli. Selle käigus tuleb arvestada järgmisi:

- patsiendi füüsiline ja meditsiiniline seisund, sh naha tervikkus;
- seadme seisund; Libisemisvastased ribad peavad olema terved ja kahjustamat. Ärge kasutage seadet, kui see nääb kahjustatud või kulunud.
- Laua sobivus, sh jäigu või kokkupandava laua tüüp ja suurus.

Abivahendiga seotud tösitee intsisidendi korral peab kasutaja teavitama sellest ettevõtet GBUK ja kasutaja/patsiendi asukohariigi päädevat asutust. Abivahendi rikkie kahtluse korral peab kasutaja teavitama sellest juhtumist ettevõtet GBUK ja abivahend tuleb kontrollimiseks ettevõtele GBUK tagastada.

#### KASUTUSJUHISED

- Veenduge, et mõlemad ülekandepinnad oleksid stabiilsed. Kui kumbki neist on liikuv seade, siis veenduge, et rattad oleksid lukustatud ja/või muud kinnitusseadmed rakendatud.
- Laua asetamisel patsiendi alla ning esimese ja teise teisaldusspinni katmisel järgige kohalikke käsitsimisjuhiseid. Vahe ei tohi olla laiem kui 15 cm.
- Kontrollige, et libisemisvastased ribad oleksid mõlemale ülekandepinnaga kontaktis.
- Töste teostamiseks vajaliku pingutuse vähendamiseks on soovitatav kasutada GBUK Banana teisaldus- või libistuslinasid. Teisaldus- või libistuslinna patsiendi alla suunamiseks järgige seadmespetsiifilisi suuniseid ja kohalikke käsitsimisjuhiseid.
- Kui laud on paigaldatud, siis töstke patsient kulg ees üle kahe piinna.
- Pärast manöövri sooritamist võtke laud ära ja puhastage vastavalt alltoodud juhistele.

#### HOIUNDAMINE JA KÄITLEMINE

GBUK Banana lateraalseid töstelaudu võib ladustada laua käepidemete abil. Neid võib hoida nii lapiti kui ka kokkumurtuna. Lateraalsed töstelaud tuleb kokku murda nii, et libisemisvastased ribad jäävad välja poolte. Ärge murdke lauda kokku nii, et libisemisvastased ribad jäävad sissepoolle, sest see võib lauda kahjustada.

Hoida kuivas kohas, otseks pääkesevalguse eest kaitstuna.

#### KASUTUSEST KÖRVALDAMINE

Järgige kohalikke suuniseid

#### PUHASTAMINE

Kui seade on määrdunud, siis puhastage seda esimesel võimalusel alkoholipõhis puhastuslahusega (kuni 70%) või harilikul desinfteerimislahusega. Pühkige seadet käsitsi, kuni see on silmnähtavalt puhas. Kui seade ei paista silmnähtavalt puhas, siis korrale puhastust. Kui seade on ka pärast mitut puhastust nähtavalt saastunud, siis visake see vastavalt kohalikule jäätmekäitusprotseduurile minema.



Pole valmistatud looduslikust latekskummist.

Sümbolite sõnastik on kätesaadav aadressilt [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

## HU

### GBUK Banana Oldal Irányú Áthelyező Lap

#### Használati utasítás

Kérjük, hogy a használat előtt olvassa el ezeket az útmutatókat

#### RENDELTELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A GBUK Banana Oldal Irányú Áthelyező Lapok rendeltetési célja az, hogy segítse a betegek oldal irányú átmozgatását akkor amikor két felület között rés van.

#### ALKALMAZÁSI JAVALLATOK

Ezek az eszközök azon betegnek ajánlott alkalmazni, akiknek segítségre van szükségük az oldal irányú átmozgatás véghajtásához.

#### LEÍRÁS

Pihékönnyű, nagy teher bírású, oldal irányú áthelyező lapok, amelyek merev, vagy összehajtható kívülben érhetőek el.

Termék kód	Termék leírás
QP-059150-R	Banana Oldal Irányú Merev Lap 59cm x 150cm
QP-059180-R	Banana Oldal Irányú Merev Lap 59cm x 180cm
QP-074150-R	Banana Oldal Irányú Merev Lap 74cm x 150cm
QP-074180-R	Banana Oldal Irányú Merev Lap 74cm x 180cm
QP-059150-F	Banana Oldal Irányú Össze hajtható Lap 59cm x 150cm*
QP-059180-F	Banana Oldal Irányú Össze hajtható Lap 59cm x 180cm*
QP-074150-F	Banana Oldal Irányú Össze hajtható Lap 74cm x 150cm*
QP-074180-F	Banana Oldal Irányú Össze hajtható Lap 74cm x 180cm*

\*Az összehajtható típus a felig fekvő helyzetben lévő betegek átmozgatását is lehetővé teszi.

#### BETEG CÉLCSOPORT

Ez az eszköz olyan betegek számára alkalmas, akiknek segítségre van szükségük az oldal irányú átmozgatás véghajtásához.

#### CÉLFELHASZNÁLÓ

A GBUK Banana hurok hevedert rendeltetés szerint csak képzett egészségügyi szakemberek, vagy megfelelő képzetséggel, vagy ismeretekkel rendelkező személyek használhatják.

#### ELLENJAVALLATOK

Ne használja úgy, hogy követnél érintkezzen a bőrével.

#### FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK

• Kévesse a helyi kórház, vagy a Royal College of Nursing manuális kezelésre vonatkozó irányelvét.

• Ne használja emeléshéz a lapot.

• Ne használja a lapokat 15 cm-nél nagyobb rés áthidalására.

A heveder használata előtt az illetékes személy(ek)nél kockázatértekkel és szemrevételezések ellenőrzést kell végezni(ü). Figyelembe kell venni:

- A beteg fizikai és egészségügyi állapotát, beleértve a bőrfelületének épsegét is,

- Az eszköz állapotát. A csúszásgátló szalagoknak épeknak, és sérülékenyek kell lenniük. Ne használja az eszközöt, ha az sérültnek, nedvesnek, vagy kopottnak tűnik.
- A lap alkalmassága, beleértve a merev, vagy az összehajtható tipust, és a méretet is.

Ha az eszközzel kapcsolatosan súlyos esemény történik, akkor a felhasználónak be kell azt jelentenie a GBUK felé, valamint a felhasználó/beteg lakhelye szerinti illetékes hivatalnál is. Ha eszköz hiba gyanúja áll fenn, akkor a felhasználónak jelentenie kell az esetet a GBUK felé, és az eszközöt vissza kell küldeni a GBUK-hoz vizsgálat céljából.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Gyöződjön meg róla, hogy minden áthelyezési felület stabil. Ha ezek közül az egyik mobil eszköz, akkor bizonyosodjon meg róla, hogy a kerek/györgök zárolva vannak-e, és/vagy bármilyen más rögzítő eszköz be van-e húzva.
- Kövesse a helyi manuális kezelésre vonatkozó irányelvet a lap beteg alá, és az első ás a második áthelyezési felület közötti résre való elhelyezéshez. A rés nem lehet 15 cm-nél szélesebb.
- Ellenőrizze, hogy a csúszásgátló szalagok érintkeznek-e minden áthelyezési felülettel.
- Az áthelyezéshez szükséges erőkifejtés csökkentése érdekében ajánlott a GBUK Banana áthelyező lapok vagy tolólapok használata. Az áthelyező lap vagy a tolólap beteg alá történő elhelyezéséhez olvassa el az adott eszköz IFU-ját, és a helyi manuális kezelésre vonatkozó irányelvet.
- Mihet a lap elhelyezésre került, oldal irányba mozgassa át a beteget a két felület között.
- A művelet befejezése után távolítsa el a lapot, és az alábbi utasítások szerint tisztítása azt meg.

#### TÁROLÁS ÉS KEZELÉS

A GBUK Banana Oldal Irányú Áthelyező Lapok a lapon lévő bármelyik rögzítő segítségével elhelyezhető a tároláshoz. Tárolhatók lapra hajtva, vagy félbe hajtva. Az összehajtható Oldal Irányú Áthelyező Lapokat úgy kell összehajtanı, hogy a csúszásgátló szalagok kívülre kerüljenek. Ne hajtsa be a csúszásgátló szalagokat a lap belsejébe, mivel ez károsíthatja a lapot. Tartsa száraz helyen, és távol a közvetlen napfénytől.

#### ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁSOK

Kövesse a helyi irányelvet

#### TISZTÍTÁS

Ha az eszköz szennyezett, akkor alaposan tisztítása meg azt alkoholos tisztító oldatok (legfeljebb 70%-os), vagy réndes fertőtlenítő oldatok használatával. Törölje le kézzel az eszközt, amíg az eszköz láthatóan tisztává nem válik. Ha az eszköz nem tisztának, akkor ismételje meg a tisztítási lépést. Ha az eszköz többszörö tisztítási kísérlet után is szennyezett marad, akkor a helyi ártalmatlanítási előírás szerint dobja ki az eszközt.



Nem természetes alapú gumi latexból készült.

A jelmagyarázathoz kapcsolódó szószedet a [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com) címen érhető el.



LV

## GBUK Banana dēlis pārvietošanai uz sāniem

### Lietošanas norādījumi

Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus.

### PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS VEIDS

GBUK Banana dēļi pārvietošanai uz sāniem ir paredzēti, lai atvieglotu pacientu pārvietošanu starp divām virsmām.

### LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

Šīs ierīces ir paredzētas lietošanai pacientiem, kuriem nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos sānski.

### APRAKSTS

Viegli augstas stipribas dēļi sānskai pārvietošanai, kas ir pieejami gan nelokāmā, gan lokāmā veidā.

Produkta kods	Produkta apraksts
QP-059150-R	Banana sānskais nelokāmās dēlis 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Banana sānskais nelokāmās dēlis 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Banana sānskais nelokāmās dēlis 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Banana sānskais nelokāmās dēlis 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Banana sānskais lokāmās dēlis 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Banana sānskais lokāmās dēlis 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Banana sānskais lokāmās dēlis 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Banana sānskais lokāmās dēlis 74 cm x 180 cm*

\* Lokāmās veids ļauj pacientus pārvietot pusguļus stāvoklī.

### PACIENTU MĒRĶA GRUPA

Šī ierīce ir piemērota pacientiem, kuriem nepieciešama palīdzība, lai veiktu sānsku pārvietošanu.

### PAREDZĒTIE LIETOTĀJI

GBUK Banana sānskās pārvietošanas dēļi paredzēti lietošanai apmācītiem veselības aprūpes speciālistiem vai personām, kuri ir atbilstoši apmācīti vai kuriem ir zināšanas.

### KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietojiet tiešā saskarē ar savainotu ādu.

### BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Sekot vietējiem manuālās pārvietošanas noteikumiem vai Royal College of Nursing vadlīnijām.
- Neizmantot dēlus celšanai.
- Neizmantot dēlus, lai pārvārētu atstatumu, kas lielāks par 15 cm.

Pirms sānskās pārvietošanas dēļa lietošanas kompetentai(-am) personai(-ām) ir jāveic riska novērtēšana un vizuāla apskate. Jāņem vērā šādi faktori:

- Pacienta fiziskais un veselības stāvoklis, tostarp ādas veselums.
- Ierīces stāvoklis. Pretslides sloksnēm jābūt neskartām un nebojātām. Nelietojiet ierīci, ja tā šķiet bojāta, mitra vai nolietota.

- Dēļa, ieskaitot nelokāmo vai saliekamo dēļu tipu un izmēru, piemērotība.

Ja ar ierīci saistīts kāds nopietns incidents, lietotājam par šo notikumu jāzījio GBUK un kompetentajai iestādei, kurā lietotājs/pacients ir reģistrēts. Ja pastāv aizdomas par ierīces klūmi, lietotājam jāzīno par šo notikumu GBUK un ierīce jānosūta atpakaļ GBUK pārbaudes veikšanai.

### LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Pārliecīties, vai abas pārvietošanas virsmas ir stabilas. Ja kāda no tām ir mobilā ierīce, pārliecīties, ka riteņi/ritenīši ir bloķēti un/vai ir iesaistītas citas stiprināšanas ierīces.
- Ievērojiet vietējo manuālās pārvietošanas politiku, lai novietotu dēli zem pacienta un pāri atstatumam starp pirmo un otru pārvietošanas virsmu. Atstatums nedrīkst būt lielāks par 15 cm.
- Pārbaudiet, vai pretslides sloksnes ir saskarē ar abām pārvietošanas virsmām.
- Lai samazinātu piepūli, kas nepieciešama pārvietošanai, ieteicams izmanto GBUK Banana pārvietošanas vai slīdes palagus. Skatiet lietošanas instrukciju un vietējās manuālās pārvietošanas vadlīnijas, lai pārvietošanas vai slīdes palagu novietotu zem pacienta.
- Kad dēlis ir novietots, sānski pārvietojiet pacientu starp abām virsmām.
- Kad manevis ir pabeigts, nonemiet dēli un notīriet, kā norādīts zemāk.

### UZGLABĀŠANA UN PĀRVIEITOŠANA

GBUK Banana sānskās pārvietošanas dēlus var uzglabāt, izmantojot jebkuru no dēļa turētājiem. Tos var uzglabāt plakanā veidā vai saločītuz uz pusēm. Salokāmē sānskās pārvietošanas dēļi ir jāsaloka tā, lai pretslides sloksnes būtu ārpuse. Nelietojiet dēli tā, ka pretslides sloksnes ir iekšpusē, jo tādējādi varat sabojāt dēli.

Turēt sausumā un vietā, uz kuru neiedarbojas tieši saules starai.

### UTILIZĀCIJAS PROCEDŪRAS

Ievērojiet vietējās vadlīnijas

### TĪRŠANA

Ja ierīce ir netīra, pēc iespējas ātrāk rūpīgi notīriet to, izmantojot spirta bāzes tīršanas šķidumus (līdz 70 %) vai parasto desinfekcijas šķidumus. Manuāli notīriet ierīci, līdz ierīce izskatās tīra. Ja ierīce neizskatās tīra, atkārtojiet tīršanu. Ja vizuālās pārbaudes laikā pēc vairākiem tīršanas mēģinājumiem ierīce joprojām ir piesārņota, izmetiet ierīci saskaņā ar utilizācijas procedūru.



Sastāvā nav dabiskā kaučuka lateksa.

Simboli skaidrojums ir pieejams vietnē [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

MT

## Bordijiet għat-Trasferiment Laterali tal-GBUK Banana

### Istruzzjonijiet għall-Użu

Jekk jogħibgħok aqra dawn I-istruzzjonijiet qabel l-użu.

### UŽU INTENZJONAT

Il-Bordijiet għat-ghaqqa fit-Trasferiment Laterali tal-GBUK Banana huma intenzjonati biex jighlu fit-Trasferiment lateral i-pazjenti tui distakk bejn żewġ uċu.

### INDIKAZZJONIJET GHALL-UŻU

Dawn l-apparat huma indikati ghall-uzu fuq pajżenti li jehtiegu għajnejha biex iwtettu trasferiment lateral.

### DESKRIZZJONI

Bordijiet ta' trasferiment lateral li hief u ta' saħħa għolja li huma disponibbi bhala tipi riġidi jew li jintwew.

Kodiċi tal-prodott	Deskriżzjoni tal-prodott
QP-059150-R	Banana Bord Laterali tat-Tip Riġidi 59cm x 150cm
QP-059180-R	Banana Bord Laterali tat-Tip Riġidi 59cm x 180cm
QP-074150-R	Banana Bord Laterali tat-Tip Riġidi 74cm x 150cm
QP-074180-R	Banana Bord Laterali tat-Tip Riġidi 74cm x 180cm
QP-059150-F	Banana Bord Laterali tat-Tip li Jintewa 59cm x 150cm*
QP-059180-F	Banana Bord Laterali tat-Tip li Jintewa 59cm x 180cm*
QP-074150-F	Banana Bord Laterali tat-Tip li Jintewa 74cm x 150cm*
QP-074180-F	Banana Bord Laterali tat-Tip li Jintewa 74cm x 180cm*

\* It-tipi li jintwew jippermettu t-trasferiment tal-pazjenti f'pozzizzjoni nofs-mimdu.

### GRUPP FIL-MIRA TAL-PAZJENT

Dan l-apparat huwa adattu għal pajżenti li jehtiegu għajnejha biex iwtettu trasferiment lateral.

### UTENTI INTENZJONATI

Bordijiet għat-ghaqqa fit-Trasferiment Laterali tal-GBUK Banana huma intenzjonati biex jintużaw minn professjonisti mharrġa tal-kura tas-sahha jew dawk bit-tahrīg jew bl-gharfiex xieraq.

### KONTRA-INDIKAZZJONIJET

Tużax f'kuntatt dirett ma' għildha maqsuma.

### TISSWIJJIET U PREKAWZJONIJET

- Segwi l-politika tal-immaniġġjar manwali lokali mill-linji għidha tal-ispraw jekk ierīce.
- Tużax il-Bordijiet għall-ġarr-iqtiegħi.
- Tużax il-Bordijiet biex tgħaqquad distakk akbar minn 15 cm.

Valutazzjoni tar-riskju u spezzjoni viżwali għandhom isiru minn persuna(l) kompetenti qabel tużza l-Bordijiet Laterali. Dan għandu jikkunsida:

- L-istat fiziku u mediku tal-pazjenti, inklūza l-integrità tal-ġilda.
- L-istat fiziku u mediku tal-pazjenti, inklūza l-integrità tal-ġilda.

- L-adegwatezza tal-bord, inklūz it-tip ta' bord riġidi jew li jintew u d-daqqs.

Fil-każ ta' incident serju li jinvvoli l-apparat, l-utent għandu jirrapporta l-avvenimenti lill-GBUK u l-awtorità kompetenti li fiha l-utent/pazjent huwa stabbilit. Fil-każ ta' diffett suspettat fl-apparat, l-utent għandu jirrapporta l-avvenimenti lill-GBUK, u l-apparat għandu jintbagħat lura lill-GBUK għal-eżami.

### DIREZZJONI JIET GHALL-UŻU

- Kun żgur li ż-żeġ uċu tat-trasferiment huma stabbli. Jekk wieħed minnhom huwa apparat mobblī, ikkonferma li r-roti/casters huma msakkra u/jew kwalunkwe apparat ta' ankrāġġ huwa mqabbad.
- Segwi l-politika tal-immaniġġjar manwali lokali tiegħek biex tippozzижżona l-bord taħt il-pazjent, u tul id-distakk bejn l-ewwel u t-tieni wiċċi tat-trasferiment. Id-distakk m'għandu ikun akbar minn 15-16 cm.
- Iċċekkija li l-pedds kontra ż-żeġ uċċi tat-trasferiment.
- Biex jitnaqas l-isfor meħtieġ biex isir it-trasferiment, huwa rakkommandat l-użu tal-żożor għaż-żgħarr għat-Trasferiment jew għall-ġarr-iqtiegħi.
- Jekk iż-żgħarr għaż-żgħarr għall-ġarr-iqtiegħi, iż-żgħarr għall-ġarr-iqtiegħi.
- Hadārba l-bord tkun fil-pozzizzjoni, ittraferi għall-ġarr-iqtiegħi.
- Wara li l-manuvra tkun lesta, neħħi l-bord u naddaf skont l-istruzzjonijiet hawn taħta.

### HAZNHA U MMANIĠġJAR

Il-Bordijiet għat-ghaqqa fit-Trasferiment Laterali tal-GBUK Banana jistgħu jinħażu bl-żu ta' kwalunkwe imqabbar fuq il-bord. Jistgħu jinħażu cattieġi minn-nofis. Bordijiet għat-Trasferiment Laterali li jistgħixw għandhom jintwew bl-istrixxi kontra ż-żeġ uċċi fuq barra. Tiġi l-bord bl-istrixxi kontra ż-żeġ uċċi fuq għewwa għażżeen xista'.

### PROCEDURI TA' RIMI

Segwi l-inni li għidha lokali.

### TINDIF

Jekk l-apparat huwa mahmuġ, naddaf sewwa kemm jista' jkun malajr bil-żu soluzjoni jiet ta' tindif ibbzatti fuq il-kalk. Imsa kollha l-awtorità kompetenti li dīżi infettanti normali. Imsa manwalment l-apparat sakemm l-apparat ikun vižib il-ġarr-iqtiegħi nadif. Jekk l-apparat ma jidherx vižib il-ġarr-iqtiegħi nadif, irrepeti l-pass tat-tindif. Jekk l-apparat jibqaq kkontaminat wara spezzjoni viżwali wara bosta tentativi ta' tindif, armi l-apparat f'konformità mal-procedura tar-ġġadha.



Mhx magħmul minn latex tal-gomma naturali.

Glossarju tas-simboli disponibbi fuq [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)



## RO

### Placă pentru transfer lateral GBUK Banana

#### Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

#### DOMENIU DE UTILIZARE

Plăcile pentru transfer lateral GBUK Banana sunt destinate să ajute la transferul lateral al pacienților pe un spațiu între două suprafete.

#### INDICAȚII DE UTILIZARE

Aceste dispozitive sunt indicate pentru utilizare la pacienții care necesită asistență la efectuarea unui transfer lateral.

#### DESCRIEIRE

Plăci pentru transferul lateral al pacienților ușoare, de înaltă rezistență, disponibile sub formă rigidă sau pliabilă.

Codul produsului	Descrierea produsului
QP-059150-R	Placă rigidă pentru transfer lateral de 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Placă rigidă pentru transfer lateral de 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Placă rigidă pentru transfer lateral de 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Placă rigidă pentru transfer lateral de 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Placă rigidă pentru transfer lateral de 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Placă rigidă pentru transfer lateral de 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Placă pliabilă pentru transfer lateral de 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Placă pliabilă pentru transfer lateral de 74 cm x 180 cm*

\*Tipul pliabil permite transferul pacienților într-o poziție semicirculată.

#### GRUP TINTĂ DE ACIENTI

Dispozitivul trebuie să fie adecvat pentru pacienții care necesită asistență la realizarea unui transfer lateral.

#### UTILIZATORI VIZAȚI

Plăcile pentru transferul lateral al pacienților GBUK Banana sunt destinate utilizării de către personalul medical instruit sau cu pregătire sau cunoștințe corespunzătoare.

#### CONTRAINDICAȚII

A nu se utilizează în contact direct cu pielea care prezintă leziuni deschise.

#### AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII

- Respectați politica locală de manipulare manuală din regulile generale ale spitalului sau ale Colegiului Regal al Asistenților Medicali.
- Nu utilizați plăcile pentru ridicare.
- Nu utilizați plăcile pentru a acoperi un spațiu mai mare de 15 cm.

Înainte de a utiliza placă pentru transferul lateral al pacienților, persoana (persoanele) competentă(e) trebuie să realizeze o evaluare a riscurilor și o inspecție vizuală. Aceasta trebuie să urmărească:

- starea fizică și medicală a pacientului, inclusiv integritatea pielii;

- starea dispozitivului; benzile antiderapante trebuie să fie intace și nedeteriorate. Nu utilizați dispozitivul dacă pare deteriorat, umed sau uzat.
- adecvarea plăcii, inclusiv tipul de placă rigidă sau pliabilă și dimensiunea.

În cazul unui incident grav care implică dispozitivul, utilizatorul trebuie să raporteze evenimentul către GBUK și către autoritatea competență din zona în care se află utilizatorul/pacientul. În cazul în care suspectează o defecțiune a dispozitivului, utilizatorul trebuie să raporteze evenimentul către GBUK, iar dispozitivul trebuie returnat la GBUK pentru examinare.

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că ambele suprafete de transfer sunt stable. În cazul în care una dintre acestea este un dispozitiv mobil, confirmați dacă roțile/roțiile sunt blocate și/sau orice alte dispozitive de ancorare sunt cuplate.
- Respectați politica locală de manipulare manuală pentru a poziționa placă sub pacient și peste spațiul dintre prima și a doua suprafăță de transfer. Distanța nu trebuie să fie mai mare de 15 cm.
- Verificați dacă benzile antiderapante sunt în contact cu ambele suprafete de transfer.
- Pentru a reduce efortul necesar pentru efectuarea transferului, se recomandă utilizarea folior pentru transferul pacienților sau a folior gălăzânt pentru transferul pacienților GBUK Banana. Consultați indicațiile de utilizare specifice dispozitivului și regulile generale locale de manipulare manuală pentru a poziționa foiaza pentru transferul pacienților sau foiaza glisantă sub pacient.
- După poziționarea plăcii, transferați lateral pacientul între cele două suprafete.
- După finalizarea manevrei, scoateți placă și curătați conform instrucțiunilor de mai jos.

#### DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

Plăcile pentru transferul lateral al pacienților GBUK Banana pot fi stocate folosind oricare dintre mânerele de pe placă. Acestea pot fi depozitate întinsă sau pliate la jumătate. Plăcile pliabile pentru transferul lateral al pacienților trebuie pliate cu benzile antiderapante la exterior. Nu pliați placă cu benzile antiderapante în interior, deoarece aceasta poate deteriora. A se păstra uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

#### PROCEDURI DE ELIMINARE

Urmați instrucțiunile locale.

#### CURĂȚARE

Dacă dispozitivul este murdar, curătați-l temeinic cât mai curând posibil, folosind soluții de curățare pe bază de alcool (până la 70%) sau soluții dezinfecțante normale. Stergeți manual dispozitivul până când acesta arată curat. Dacă dispozitivul nu arată vizibil curat, repetați etapa de curățare. Dacă dispozitivul rămâne contaminat la inspecția vizuală după mai multe încercări de curățare, aruncați-l în conformitate cu procedura de eliminare.



Nu este fabricat din latex de cauciuc natural.

Glosarul de simboluri este disponibil la adresa [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)

## SL

### Deska za bočno prestavljanje GBUK Banana

#### Navodila za uporabo

Pred uporabo preberite navodila.

#### PREDVIDENA UPORABA

Deske za bočno prestavljanje GBUK Banana so namenjene za pomoč pri bočnem prestavljanju pacientov preko prostega prostora med dvema površinama.

#### NAVODILA ZA UPORABO

Te naprave so namenjene za uporabo pri pacientih, ki potrebujete pomoč pri dokončanju bočnega prestavljanja.

#### OPIS

Lahke deske za bočno prestavljanje visoke trdnosti, na voljo v togji in zložljivi izvedbi.

Koda izdelka	Opis izdelka
QP-059150-R	Toga deska za bočno prestavljanje 59 cm x 150 cm
QP-059180-R	Toga deska za bočno prestavljanje 59 cm x 180 cm
QP-074150-R	Toga deska za bočno prestavljanje 74 cm x 150 cm
QP-074180-R	Toga deska za bočno prestavljanje 74 cm x 180 cm
QP-059150-F	Zložljiva deska za bočno prestavljanje 59 cm x 150 cm*
QP-059180-F	Zložljiva deska za bočno prestavljanje 59 cm x 180 cm*
QP-074150-F	Zložljiva deska za bočno prestavljanje 74 cm x 150 cm*
QP-074180-F	Zložljiva deska za bočno prestavljanje 74 cm x 180 cm*

\*Zložljiva deska omogoča prenašanje pacientov v polležečem položaju.

#### CILJNA SKUPINA PACIENTOV

Te naprave so primerne za uporabo pri pacientih, ki potrebujete pomoč pri bočnem prestavljanju.

#### PREDVIDENI UPORABNIKI

Zložljive deske za bočno prestavljanje GBUK Banana so predvidene za uporabo s strani usposobljenih zdravstvenih delavcev ali oseb z ustreznim znanjem in usposobljenostjo.

#### KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljati v stiku s poškodovano kožo.

#### OPOZORILA IN PREDVIDNOSTNI UKREPI

- Upoštevajte lokalne pravilnike vaše bolnišnice o rokovovanju ali smernice Royal College of Nursing.
- Desk ne uporabljajte za dvigovanje.
- Ne uporabljajte desk za premoščanje razdalj večjih od 15 cm.

Pred uporabo deske za bočno prenašanje mora pristojna oseba izdelati oceno tveganja in izvesti vizualni pregled. Ta mora upoštevati:

- Telesno in zdravstveno stanje pacienta, vključno z zdravjem kože.
- Stanje naprave. Protizdrsni trakovi morajo biti brezhibni in nepoškodovani. Naprave ne uporabljajte, če je mokra ali če kaže znake poškodb ali obrabe.
- Primernost deske, vključno z vrsto (toga ali zložljiva) in velikostjo.

V primeru, da pri uporabi pride do resne nezgode, mora uporabnik o tem poročati GBUK in pristojnemu uradu, pod katerega spada uporabnik/pacient. Če sumite na napako na napravi, naj uporabnik o tem obvesti GBUK in napravo vrne GBUK na pregled.

#### NAVODILA ZA UPORABO

- Preverite, ali sta obe površini za prenos stabilni. Če je katera od površin mobilna, preverite, ali so kolesa/kolesca zaklenjena in/ali je aktivirana kakšna druga pritridleva naprava.
- Za nameščanje deske pod pacienta in čez prostor med prvo in drugo površino sledite vašim lokalnim predpisom o rokovovanju. Razmak med površinama ne sme biti večji od 15 cm.
- Preverite, ali so protizdrsni trakovi v stiku z obema površinama prenosila.
- Da bi zmanjšali napor pri prenašanju, priporočamo uporabo drsnih blazin GBUK Banana. Glejte IFU posamezne naprave in upoštevajte lokalne smernice za rokovovanje in prenašanje pacientov ali uporabite drse blazine pod pacientom.
- Ko je deska v svojem položaju, bočno prenesite pacienta z ene površine na drugo.
- Ko je prenos končan, odstranite desko in jo očistite v skladu s spodnjimi navodili.

#### HRANJENJE IN ROKOVANJE

Deske za bočno prestavljanje GBUK Banana lahko shranjujete s pomočjo ročajev na deski. Lahko jih hranite v ploskem položaju ali zložene na pol. Zložljive deske za bočno prestavljanje zložite tako, da bodo protizdrnsni trakovi na zunanjih strani. Deske ne zlagajte tako, da bodo protizdrnsni trakovi na notranji strani, ker se lahko deska poškoduje.

Hranite na suhem mestu stran od neposredne sončne svetlobe.

#### POSTOPKI ODSTRANJEVANJA

Upoštevajte lokalne predpise.

#### ČIŠČENJE

Če je naprava umazana, jo čim prej temeljito očistite z uporabo čistilne raztopine na osnovi alkohola (do 70 %) ali z običajno raztopino za razkuževanje. Ročno obrišite napravo, dokler ni vidno čista. Če naprava ni vidno čista, ponovite korak čiščenja. Če je naprava tudi po več poskusih čiščenja še vedno umazana, jo zavržite v skladu s postopkom odstranjanja.



Ni izdelano iz naravnega lateksa.

Slovar simbolov najdete na naslovu [www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)



GBUK Group award-winning specialist companies are experts in the provision of enteral feeding, critical care and patient moving and handling products and technologies. GBUK Group companies are suppliers to every UK NHS Trust and to a rapidly expanding export customer base.

GBUK Banana is a trading name of **GBUK Group Ltd.**



**GBUK Group Ltd.**  
Woodland House,  
Blackwood Hall Business Park,  
North Duffield, Selby,  
North Yorkshire, YO8 5DD, UK  
EU: +44 (0)1757 288 587  
US: 18665 289 422  
[www.gbukbanana.com](http://www.gbukbanana.com)  
[info@gbukbanana.com](mailto:info@gbukbanana.com)